



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Ch. 28464  
Co. 16263

**CENTRO MEDICO "DR. IGNACIO CHAVEZ"**

**Departamento de Servicios Generales,  
Y Mantenimiento del CMDICH.**

*Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Guaymas.  
01 de Septiembre del 2023.*

**DR. GERARDO ALBERTO RUIZ DOMINGUEZ,**

Director General del CMDICH.

Presente.-

Por medio de este conducto, informo a usted que los días 30 y 31 de Agosto de este año se acudió a la Clínica Hospital de Guaymas a realizar revisión de equipo Digitalizador de Mastógrafo, mantenimiento correctivo a Monitor de signos vitales del Área de Urgencias y mantenimiento preventivo a Electrocardiógrafo en este mismo servicio, mantenimiento preventivo a Monitor del Área de Hospitalización y levantamiento de condiciones de equipos que se encuentran para baja de diferentes áreas de este Hospital, así como revisión de refacciones que se surtieron para programación de mantenimiento correctivo de Autoclave de Vapor.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

**ATENTAMENTE**

**C. DANIEL I. MORENO FIERROS**

Coordinador Técnico  
Ingeniería Biomédica CMDICH.

**VO.BO**

**L.R.H. BENJAMIN PAZ DUARTE**

Jefe del Departamento de Servicios  
Generales y Mantenimiento del CMDICH

