



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Ch. 28424  
Comp. 14941

**CENTRO MEDICO "DR. IGNACIO CHAVEZ"**

**Departamento de Servicios Generales,  
Y Mantenimiento del CMDICH.**

*Asunto: Informe de equipos Biomédicos Hospital Nogales.  
Martes 21 de marzo del 2023.*

**DR. GERARDO ALBERTO RUIZ DOMINGUEZ,**  
Director General del CMDICH.  
Presente.-

Por medio de este conducto, informo a usted que se acudió el 16 y 17 de marzo al Hospital Isssteson en Nogales a realizar Mantenimiento verificación a Máquina de Anestesia con reporte de alarma en FiO2, se reemplazó y calibre celda de Oxígeno, se realizaron pruebas de funcionamiento en general quedando funcionando correctamente, así mismo se realizó levantamiento de necesidades de Maquinas de Anestesia de sala de Expulsión, Desfibriladores de Urgencias y Hospitalización y Ventiladores Mecánicos para solicitar insumos y tener la posibilidad de realizar Mantenimientos preventivos a estos equipos.

Anexo a la presente Bitácora de servicio con firma de recibido del Ing. Jorge Baca, jefe de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Isssteson Nogales.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

**ATENTAMENTE**

**C, MARTIN ADRIAN MENDOZA A.**  
Ingeniero Biomédico  
Ingeniería Biomédica CMDICH.

**VO.BO**

**L.R.H. BENJAMIN PAZ DUARTE**  
Jefe del Departamento de Servicios  
Generales y Mantenimiento del CMDICH

C.c.p. Archivo

Recibí  
21/03/23  
13:56 hrs  
g