

INFORME DE COMISION


Hermosillo, Sonora a 30 de Agosto del 2022

A quien corresponda.-

Por medio del presente informo que el 29 de agosto del presente año, me traslade al Hospital de la ciudad de Nogales, Sonora con la finalidad de supervisar y revisar la entrega de los equipos por la empresa "PROSAD" los cuales son: Equipo de Rayos X portátil el cual se encontró que le faltaba calibración y ahí mismo se procedió a calibrarse para poder realizar las pruebas encontrándose la imagen y el equipo en perfecto estado, Ultrasonido Doppler clear vue350 con número de serie SZ91780202 este equipo no se le pudo realizar pruebas debido a que la pantalla no prendía (incluía transductor lineal, convexo y intracavitario los cuales tampoco se le pudieron realizar pruebas debido a la falla de la pantalla), Arco en C se realizó toma de imagen encontrándose en buen estado y por último el equipo Mastógrafo junto con su digitalizador el cual incluía 8 chasis y se encontró en general en buen estado el equipo.

A este acto acudieron personal de Jurídico de ISSSTESON y personal administrativo.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto



ING. CYNTHIA ARACELY LEY QUINTERO
INGENIERA BIOMEDICO DE SDSM ISSSTESON