

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

CENTRO MEDICO "DR. IGNACIO CHAVEZ"

Coordinación de Servicios Biomédicos

Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Nogales. 04 de Octubre del 2024.

DRA ADALUZ VILLEGAS MARTINEZ,

Subdirectora de Servicios Médicos Isssteson. Presente.

Por medio de este conducto, informo a usted que el día 03 de octubre del 2024 se acudió a la Clínica Hospital de Nogales para realizar revisión y diagnóstico de Esterilizador de Vapor marca STERIS, modelo Century V120, con Nº de serie 0331714-04 instalado en C.E. y E. de Quirófano, de esta verificación se encontró que la bomba que suministra agua a Generador de Vapor se encuentra dañada, es necesario adquirir esta bomba para el correcto funcionamiento del equipo. El equipo queda fuera de servicio en espera de la adquisición de las refacciones antes mencionadas.

Se anexa Bitácora de Servicio de equipos antes mencionados.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE

ING. DANIEL I. MORENO FIERROS COORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

C.c.p. Archivo