



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

CENTRO MEDICO "DR. IGNACIO CHAVEZ"

Coordinación de Servicios Biomédicos

*Asunto: Informe de Visita a Hospital Nogales.
20 de Diciembre del 2024.*

DRA. ADALUZ VILLEGAS MARTINEZ,
Subdirectora de Servicios Médicos Isssteson.
Presente.-

Por medio de este conducto, informo a usted que el día 20 de diciembre del 2024 se acudió a la Clínica Hospital en Nogales Sonora, para realizar revisión Esterilizador de Vapor marca STERIS, modelo CENTURY V-120 N° DE SERIE 0331714-04, instalado en C.E. y E. de este Hospital mismo que se encontraba fuera de servicio por fallas en módulo de resistencias de generador de Vapor, se realizó desconexión de línea L1 que se encontraba con falso contacto y se realizaron pruebas de funcionamiento mismas que resultaron satisfactorias, se realizó ciclo con carga el cual concluyo sin fallas ni alarmas, el equipo quedo trabajando condicionado a reemplazo de resistencias de generador de Vapor.

Las pruebas del equipo se realizaron en presencia de personal Médico y de Enfermería, se anexa Bitácora de servicio a la presente.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE

ING. DANIEL I. MORENO FIERROS
COORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

C.c.p. Archivo