



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

CENTRO MEDICO "DR. IGNACIO CHAVEZ"

Coordinación de Servicios Biomédicos

*Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Nogales,
10 de Octubre del 2024.*

DRA. ADALUZ VILLEGAS MARTINEZ,
Subdirectora de Servicios Médicos Isssteson.
Presente.-


Por medio de este conducto, informo a usted que el día 09 de octubre del 2024 se acudió a la Clínica Hospital de Nogales para realizar mantenimiento correctivo a Esterilizador de Vapor marca STERIS, modelo Century V120, con N° de serie 0331714-04 instalado en C.E. y E. de Quirófano, esta mantenimiento correctivo consistió en reemplazar bomba que suministra agua a Generador de Vapor se encuentra dañada por una usada en buenas condiciones, misma que se consiguió en calidad de préstamo mientras se adquiere una para este equipo. El equipo queda funcionando de manera condicionada a reunir las refacciones necesarias para realizar mantenimiento correctivo mayor.

Se anexa Bitácora de Servicio de equipos antes mencionados.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE

ING. DANIEL I. MORENO FIERROS
COORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS



C.c.p. Archivo

JUAREZ Y AGUSCALIENTES TEL (662) 109 38 00 CON 20 LINEAS HERMOSILLO, SONORA