



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

CENTRO MEDICO "DR. IGNACIO CHAVEZ"

Coordinación de Servicios Biomédicos

*Asunto: Informe de Visita a Hospital Nogales,
17 de Diciembre del 2024.*

DRA. ADALUZ VILLEGAS MARTINEZ,
Subdirectora de Servicios Médicos Isssteson.
Presente.-

Por medio de este conducto, informo a usted que el día 17 de diciembre del 2024 se acudió a la Clínica Hospital en Nogales Sonora, para realizar revisión Esterilizador de Vapor marca STERIS, modelo CENTURY V-120 N° DE SERIE 0331714-04, instalado en C.E. y E. de este Hospital MISMO QUE SE ENCONTRABA FUERA DE SERVICIO POR FALLAS DE GENERADOR DE Vapor, se realizó cambio de bomba por una usada, se limpiaron electro niveles de generador y se realizaron pruebas de funcionamiento, el equipo quedó trabajando condicionado a que lleguen las refacciones necesarias para realizar mantenimiento correctivo mayor.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE

ING. DANIEL I. MORENO FIERROS
COORDINADOR DE INGENIERIA BIOMEDICA
SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

C.c.p. Archivo

JUAREZ Y AGUSCALIENTES. TEL (662) 109 38 00 CON 20 LINEAS HERMOSILLO, SONORA