



COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

Asunto: Informe de Visita a Módulo SLRC.
22 de Marzo del 2024.

EP - 20 marzo

DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
Presente.-

Por medio de este conducto, informo a usted que los días 19, 20 y 21 de Marzo de este año se acudió a la Coordinación de San Lui Río Colorado para hacer una actualización del estatus de los equipos del módulo, dentro de los cuales se encuentra con detalles un desfibrilador, el cual se revisó con el Analizador para Desfibriladores. Se verifica el funcionamiento del desfibrilador, se encuentra funcionando correctamente. Se informa acerca del estatus del servicio de Hemodiálisis y se revisó el área propuesta en el nuevo módulo para la instalación de la planta de tratamiento de agua y las máquinas de hemodiálisis. Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE

ING. MARTIN A. MENDOZA AMPARANO
Ingeniero Biomédico
C.c.p. Archivo