



COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

*Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Guaymas.
6 de Febrero del 2024.*

FP. 8 fcb

DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
Presente.-

Por medio de este conducto, informo a usted que el día 2 de Febrero de este año se acudió a la Clínica Hospital de Guaymas para hacer la supervisión de estatus de equipo médico y levantamiento de necesidades. Se revisaron equipos con Simulador en Urgencias (Monitor de Signos Vitales y Desfibrilador), Central de Enfermería (Desfibrilador y Electrocardiógrafo) y a petición del personal se calibró **Maquina de Anestesia Marca Dräger, Modelo: Fabius GS, Serie: 10371**. Se hicieron calibraciones de baterías, sensor de oxígeno, sensor de flujo y pruebas de ventilación al equipo, quedando en correcto funcionamiento. Se revisó el estado del autoclave de vapor, se encuentra funcionando correctamente pero se programará mantenimiento. El equipo requiere mantenimiento correctivo mayor, se programará este cuando se entreguen las refacciones en el hospital. Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE

ING. MARTIN A. MENDOZA AMPARANO
Ingeniero Biomédico

C.c.p. Archivo

JUAREZ Y AGUSCALIENTES TEL (662) 109 38 00 CON 20 LINEAS HERMOSILLO, SONORA

Bld. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, C.P. 83260

Teléfono: (662) 217 1028 | www.isssteson.gob.mx