

COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS

*Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Nogales.
31 de Enero del 2024.*

FP 016-

DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
Presente.-

Por medio de este conducto, informo a usted que el día 30 de Enero de este año se acudió a la Clínica Hospital de Nogales para hacer la revisión y mantenimiento correctivo del Esterilizador de Vapor, Marca Steris, Modelo V-120, Número de Serie 0331714-04, el cual presentaba varios problemas los cuales no permitían su funcionamiento, y por ende no se podía realizar la esterilización de material para el hospital. Se hicieron ajustes y pruebas al equipo, quedando en correcto funcionamiento. Se hicieron recomendaciones para su uso y se informó sobre la necesidad de generar la solicitud de las refacciones para el mantenimiento correctivo mayor que requiere el equipo. El equipo requiere mantenimiento correctivo mayor, se programará este cuando se entreguen las refacciones en el hospital. Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE



ING. MARTIN A. MENDOZA AMPARANO

Ingeniero Biomédico

C.c.p. Archivo