

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Asunto: Informe de Visita Clínica Hospital Nogales
16 de febrero del 2024.

A QUIEN CORRESPONDA
Presente.

F pago 16/02

Por medio de este conducto, informo a usted que los días 14 y 15 de Febrero de este año se acudió a la Clínica Hospital de Nogales para hacer la supervisión de estatus de equipo médico, levantamiento de necesidades y apoyo en cirugía con el Dr. Valdez Banda. Se detectó que dentro de las instalaciones eléctricas del hospital y especialmente en la conexión del esterilizador de vapor se maneja un Voltaje Alto de 140 Volts, este alto voltaje puede causar problemas graves (quema de fusibles y hasta daños irreparables) con TODOS los equipos administrativos y equipos médicos dentro del hospital. Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

ATENTAMENTE



DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS

C.c.p. Archivo

JUÁREZ Y AGUASCALIENTES TEL (662) 109 38 00 CON 20 LÍNEAS HERMOSILLO, SONORA

Bld. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, C.P. 83260

Teléfono: (662) 217 1028 | www.isssteson.gob.mx