



**COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS**

*Asunto: Informe de Visita a Clínica Hospital Guaymas  
07 de agosto del 2024.*

**DRA. ADALUZ VILLEGAS MARTINEZ**  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS  
Presente.-

Por medio de este conducto, le informo en relación a la visita a la Clínica Hospital Guaymas los días 5 y 6 de agosto del presente año, se realizaron los mantenimientos, así mismo un levantamiento de necesidades de equipo médico y verificación de equipos médicos en las diferentes áreas del hospital. Se realizó lo siguiente:

Se realizó calibración y pruebas a las máquinas de anestesia y sus monitores de las salas de quirófano. Se realizaron pruebas y revisión a los monitores y desfibrilador de la sala de recuperación del quirófano. Se realizaron pruebas y revisión a los monitores y desfibrilador de Urgencias. Se realizaron pruebas y revisión a los monitores y desfibrilador de los Aislados 1 al 4.

Se da una verificación de Electrocardiógrafos y Ventiladores presentes en la unidad. Se requiere la reparación del aire acondicionado del quirófano para operar correctamente. El autoclave de la unidad está funcionando correctamente.

Se detectó que había mucha humedad en las líneas de aire, esto pudiera causar un problema con los equipos médicos conectados a la línea. Se informó que se requiere reemplazar las celdas de oxígeno de las máquinas de anestesia.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda que pudiera surgir a la presente.

**ATENTAMENTE**

**ING. MARTIN A. MENDOZA AMPARANO**  
Ingeniero Biomédico  
C.c.p. Archivo

JUÁREZ Y AGUASCALIENTES TEL (662) 109 38 00 CON 20 LÍNEAS HERMOSILLO, SONORA

Bld. Hidalgo No.15 Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, C.P. 83260

Teléfono: (662) 217 1028 | [www.isssteson.gob.mx](http://www.isssteson.gob.mx)