

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LPA-926049950-012-2024, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA "EL ISSSTESON", CON FECHA 05 DE JULIO DE 2024, PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN".

De acuerdo a lo programado en la Convocatoria de la presente Licitación, con fecha **08 de agosto de 2024**, se celebró una primera junta de aclaraciones, donde la convocante informó a los presentes que se habían recibido por parte de 3 empresas licitantes, un total de 154 solicitudes de aclaración, las cuales requerían de mayor tiempo para su adecuado análisis y elaboración de respuestas, motivando a la celebración de la presente segunda junta de aclaraciones.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **12:00 horas del día 09 de agosto de 2024**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General, ubicada en el Segundo Piso del Edificio de Oficinas Generales de "EL ISSSTESON", sito en: Blvd. Hidalgo No. 15, colonia Centenario, C.P. 83260, en esta Ciudad, las personas físicas, representantes de las personas morales, invitados especiales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento.

Presidió el acto el Ing. Juan Romero Loya, Coordinador de Licitaciones en representación del Ing. Branly García Gómez, Encargado de Despacho de la Subdirección de Servicios Administrativos de "EL ISSSTESON", según consta en oficio No. SSA/2311/2024, quien de conformidad a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora y en los artículos 44 y 45 de su Reglamento, dio inicio informando a los presentes que el motivo de la reunión es dar a conocer las aclaraciones por parte de la Convocante y las respuestas a las dudas y aclaraciones que se recibieron por parte de los licitantes, con relación al Resumen de Convocatoria, la Convocatoria, sus Anexos y Formatos de la Licitación Pública que nos ocupa.

#### I.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

**ACLARACIÓN 1.- LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES DEBERÁ DIRIGIRSE A NOMBRE DE ING. BRANLY GARCÍA GÓMEZ, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE "EL ISSSTESON".**

**ACLARACIÓN 2.- EN EL "ANEXO No. 2.- MODELO DE CONTRATO" DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DONDE SE MENCIONA EL NOMBRE DE MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN, DEBE DECIR ING. BRANLY GARCÍA GÓMEZ, Y DE IGUAL FORMA, DONDE SE MENCIONA EL NOMBRE DE DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU, DEBE DECIR DRA. ADALUZ VILLEGAS MARTÍNEZ.**

**ACLARACIÓN 3.- EN LOS FORMATOS DE PROPUESTA TÉCNICA NO. 18, SE HACEN LAS SIGUIENTES CORRECCIONES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**

DICE:	DEBE DECIR:
FORMATO NO. 15 PROPUESTA TÉCNICA CUADRO 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS,  Nota: Formato para la partida No. 23. Hoja 2	FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA CUADRO 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS,  Nota: Formato para la partida No. 24. Hoja 2
FORMATO NO. 15 PROPUESTA TÉCNICA CUADRO 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS  Hoja 3	FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA CUADRO 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS  Hoja 3

FORMATO No. 15 PROPUESTA TÉCNICA CUADRO 2.- CONSUMIBLES ADICIONALES  Nota: Formato para el Cuadro No. 2 Consumibles Adicionales del 1 al 56.  Hoja 4	FORMATO No. 18 PROPUESTA TÉCNICA CUADRO 2.- CONSUMIBLES ADICIONALES  Nota: Formato para el Cuadro No. 2 Consumibles Adicionales del 29 al 84.  Hoja 4
FORMATO No. 15 PROPUESTA TÉCNICA CUADRO 3.- EQUIPOS A INSTALAR EN LAS UNIDADES  Hoja 5	FORMATO No. 18 PROPUESTA TÉCNICA CUADRO 3.- EQUIPOS A INSTALAR EN LAS UNIDADES  Hoja 5

SE ADJUNTA A ESTA ACTA NUEVOS "FORMATOS DE PROPUESTA TÉCNICA NO. 18", CON NUMERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CORREGIDA. ESTOS NUEVOS FORMATOS DEJAN SIN EFECTOS LOS ORIGINALMENTE PUBLICADOS, DEBIENDO LOS LICITANTES UTILIZARLOS EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

ACLARACIÓN 4.- LA FECHA Y HORA PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ORIGINALMENTE PROGRAMADOS PARA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2024, A LAS 10:00 HRS, EN LA CONVOCATORIA Y SU RESUMEN, PUBLICADOS EN COMPRANET SONORA Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO RESPECTIVAMENTE, SE DIFIEREN 1 DÍA NATURAL, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA Y HORA PARA SU CELEBRACIÓN EL DÍA LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024, EN PUNTO DE LAS 13:00 HRS, EN EL MISMO LUGAR ORIGINALMENTE PACTADO. DE IGUAL FORMA LA FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN SE DIFIERE PARA EL DÍA VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024.

ACLARACIÓN 5.- EN EL ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE MODIFICA LA CANTIDAD DE LA PARTIDA 28, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DICE:

PARTIDA 28. PROSTATECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	CANTIDAD
	15

DEBE DECIR:

PARTIDA 28. PROSTATECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	CANTIDAD
	6

ACLARACIÓN 6.- SE MODIFICA EL NUMERAL 13.- PENAS CONVENCIONALES, DEL "APARTADO X.- CONTRATACIÓN", DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DICE:

#### 13.- PENAS CONVENCIONALES:

Cuando el proveedor incurra en atraso en el cumplimiento del tiempo de prestación de servicios especificado en la solicitud a satisfacción de la convocante, ésta por conducto del administrador del contrato aplicará una pena convencional,

sobre el monto de los servicios no prestados, de conformidad con lo estipulado en el contrato y sus respectivos anexos, equivalente al 0.05% (cero punto cero cinco por ciento) por día de atraso.

La notificación al proveedor se hará a través de escrito firmado por parte del Administrador del Contrato, informando el cálculo de la pena convencional, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate, mismos que se contabilizarán a partir de la fecha de vencimiento que se indique en la orden de servicio correspondiente.

**DEBE DECIR:**

Cuando el proveedor incurra en atraso en el cumplimiento del tiempo de prestación de servicios especificado en la solicitud a satisfacción de la convocante, ésta por conducto del administrador del contrato aplicará una pena convencional sobre el monto de los servicios no prestados, de conformidad con lo estipulado en el contrato y sus respectivos anexos, equivalente al 0.05% (cero punto cero cinco por ciento) por día de atraso.

La notificación del incumplimiento la realizará el administrador del contrato de la convocante, a la Subdirección de Servicios Administrativos, una vez vencido el término de entrega que se indique en la orden de compra de los bienes a través de escrito firmado o vía correo electrónico, la Subdirección de Servicios Administrativos, realizará el cálculo de las deducciones correspondientes, misma que notificará a la Subdirección de Finanzas, a los 20 (veinte) días hábiles posteriores al incumplimiento parcial o deficiente, con el fin de que aplique la penalización correspondiente."

**II.- SOLICITUDES DE ACLARACION POR PARTE DE LAS EMPRESAS Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE:**

II.1.- Por parte de la persona moral: LAPHIS PROVEEDORA DE INSUMOS MÉDICOS, S.C., se tuvieron las siguientes 30 solicitudes de aclaración:

**PREGUNTAS:**

APARTADO II H) <ul style="list-style-type: none"><li>Para producto extranjero deberá cumplir con ISO 9001 y alguno de los siguientes: FDA, CE, EN60601-1, EN60601-1-2.</li></ul>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ISO 13485 Y QUE EL ISO 9001 SEA OPCIONAL, YA QUE EL ALCANCE DEL ISO 9001 SOLO ES DE PROCEDIMIENTOS EL CUAL NO REFLEJA LA CALIDAD DE LOS BIENES, CONSUMIBLES O EQUIPOS COMO EL ISO 13485, ¿SE ACEPTA?  <b>RESPUESTA:</b> NO SE ACEPTA SU PETICIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
APARTADO II I) Las VISITAS se llevarán a cabo en los sitios donde se prestarán los servicios a contratar y tendrán como objeto que los licitantes conozcan las condiciones y características de las instalaciones y hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la prestación de los servicios ofertados.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LA VISITA SERÁ OPCIONAL, ¿ES CORRECTO?  <b>RESPUESTA:</b> ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

APARTADO V DOCUMENTO 1	EN CASO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE, SERÁ SUFFICIENTE QUE UNA DE LAS EMPRESAS CUBRA EL COSTO DE LAS BASES, ¿ES CORRECTO?  <u>RESPUESTA:</u> ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
APARTADO V DOCUMENTO 13 ANEXO 12	EN CASO DE QUE NO DESEMPEÑE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, Y QUE DEBIDO A ESTO NO APLICA, SERÁ SUFFICIENTE PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ESTA CONDICIÓN, ¿ES CORRECTO?  <u>RESPUESTA:</u> NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO 13, DEL APARTADO V.- REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN, DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
APARTADO V DOCUMENTO 18	ACTUALMENTE YA NO SE ENTREGAN LOS CERTIFICADOS DE MANERA FÍSICA, SI NO, ELECTRÓNICA, POR ESTE MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO, ADJUNTANDO CARTA PROTESTADA INDICANDO QUE ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, ¿SE ACEPTA?  <u>RESPUESTA:</u> NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN FAVOR DE APEGARSE A BASES b) ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE COPIA SIMPLE, Y COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, MEDIANTE EL CUAL ACREDITE EL ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS CERTIFICADOS Y/O CAPACITADOS EN LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MINIMA INVASIÓN, POR EL FABRICANTE O ENTIDAD CAPACITADORA Y/O CERTIFICADORA.
APARTADO V DOCUMENTO 20	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. EN EL INCISO b) SOLICITAN CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO; PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFFICIENTE PRESENTAR LISTADO DE INSTALACIONES, MEDIOS DE TRANSPORTE, PERSONAL CAPACITADO Y EL EQUIPO PROPIEDAD DE MI REPRESENTADA, ¿ES CORRECTO?  <u>RESPUESTA:</u> NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ DE PRESENTAR FOTOS Y EVIDENCIA DOCUMENTAL DONDE SE COMPRUEBE LA CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO.
APARTADO V DOCUMENTO 21.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, ¿SE ACEPTA?  <u>RESPUESTA:</u> FAVOR DE APEGARSE A BASES, SEGÚN SEA EL CASO QUIEN LE OTORGUE LA O LAS CARTAS DE RESPALDO DE LOS EQUIPOS AL

	<p>LICITANTE, SU EXPEDICIÓN SE DEBERÁ AJUSTAR A LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:</p> <p>A) EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA FABRICANTE, DEBERÁ PRESENTAR CARTA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE MANIFIESTE QUE ES EL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS (EQUIPO) O IMPORTADOR DIRECTO O FILIAL O REPRESENTANTE EN MÉXICO VIGENTE, INCLUYENDO EL NÚMERO DE RENGLÓN Y MARCA DE LAS CUALES SON FABRICANTES, MANIFESTANDO LA CAPACIDAD DE ENTREGA OPORTUNA, ASÍ COMO LA CALIDAD DE LOS INSUMOS, PARA EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO. RESPECTO AL INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES, DEBERÁ DE EXHIBIR EL LICITANTE CARTA DE APOYO DEL PROVEEDOR DE DICHOS SUMINISTROS.</p> <p>B) PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DIRECTO DEL FABRICANTE; DEBERÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL VIGENTE, EMITIDA POR LA EMPRESA FABRICANTE EN PAPEL MEMBRETADO Y EN LA QUE MANIFIESTE LA AUTORIZACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA, ASIMISMO SE DEBERÁ HACER MENCIÓN DE LOS RENGLONES Y MARCAS DE LAS CUALES SE LES HA DADO EL APOYO PARA SU DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO PARA LA CALIDAD Y ENTREGA OPORTUNA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. RESPECTO AL INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES, DEBERÁ EXHIBIR EL LICITANTE CARTA DE APOYO DEL PROVEEDOR DE DICHOS SUMINISTROS.</p> <p>C) PARA EL CASO DE QUE LA EMPRESA LICITANTE SEA EMPRESA COMERCIALIZADORA O DISTRIBUIDOR NO DIRECTO DEL FABRICANTE, DEBERÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL VIGENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL DISTRIBUIDOR, EN EL QUE MENCIONE EL APOYO SOLIDARIO DE SURTIMENTO, ASÍ MISMO DEBERÁ DE PRESENTAR COPIA LEGIBLE DE LA CORRESPONDIENTE CARTA DE DISTRIBUCIÓN DEL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR DIRECTO O IMPORTADOR DIRECTO O FILIAL EN MÉXICO. RESPECTO AL INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES, DEBERÁ EXHIBIR EL LICITANTE CARTA DE APOYO DEL PROVEEDOR DE DICHOS SUMINISTROS.</p>
APARTADO V DOCUMENTO 21.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE. "Respecto al instrumental y consumibles, deberá exhibir el licitante carta de apoyo del proveedor de dichos suministros.", ESTO DEBEMOS ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL FABRICANTE, DEBERÁ SER ÚNICAMENTE DE LOS EQUIPOS Y QUE PARA LOS INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DEL DISTRIBUIDOR DE ESTO, ¿ES CORRECTO?  <u>RESPUESTA:</u> NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CARTA DE APOYO SE REQUIERE PARA EQUIPO, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES QUE CONFORMEN SU PROPUESTA.
APARTADO V DOCUMENTO 21.6, INCISO a) DOCUMENTO 21.1	EN AMBOS PUNTOS SOLICITAN LA MISMA DOCUMENTACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Y PARA EVITAR EL USO DE TANTA HOJA NOS PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 21.6, INCISO A), ¿SE ACEPTA?

	<b>RESPUESTA:</b> NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.												
ANEXO NO. 1 <sup>a</sup> PARTIDA 18	DICE: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LITOTRIPSIA URETRAL VESICAL RENAL</th> </tr> <tr> <th>Código</th> <th>Cantidad</th> <th>Consumibles Solicitados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"o</td> <td>Kit Trocar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>s/ta</td> <td>1a</td> <td>Funda para Cílios</td> </tr> </tbody> </table> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿NO SE DEBERÁ CONSIDERAR CONSUMIBLES PARA LITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA NEUMÁTICA (INCLUYE COLOCACIÓN CATETER DOBLE J)?</p> <p><b>RESPUESTA:</b> LOS CONSUMIBLES VIENEN LISTADOS EN LA PAGINA SIGUIENTE</p>	LITOTRIPSIA URETRAL VESICAL RENAL			Código	Cantidad	Consumibles Solicitados	"o	Kit Trocar		s/ta	1a	Funda para Cílios
LITOTRIPSIA URETRAL VESICAL RENAL													
Código	Cantidad	Consumibles Solicitados											
"o	Kit Trocar												
s/ta	1a	Funda para Cílios											
ANEXO NO. 1 <sup>a</sup> PARTIDA 22	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, PARA LA PARTIDA 22, ¿NO ES NECESARIO CONSIDERAR CONSUMIBLES?  <b>RESPUESTA:</b> SI, ES NECESARIO CONSIDERAR LOS CONSUMIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.												
ANEXO NO. 1 <sup>a</sup> PARTIDA 23	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, PARA LA PARTIDA 23, ¿NO ES NECESARIO CONSIDERAR CONSUMIBLES?  <b>RESPUESTA:</b> SI, ES NECESARIO CONSIDERAR LOS CONSUMIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.												
ANEXO NO. 1 <sup>a</sup> PARTIDA 25	¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, PARA LA PARTIDA 25, NO HAY CÓDIGO DE LOS BIENES, ¿ES CORRECTO?  <b>RESPUESTA:</b> ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.												
ANEXO NO. 1 <sup>a</sup> PARTIDA 25	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, EN LA CÉDULA DE LA PARTIDA 25 DICE "MATERIAL SOLICITADO", DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A LOS CONSUMIBLES, ¿ES CORRECTO?  <b>RESPUESTA:</b> ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.												
ANEXO NO. 1 <sup>a</sup> PARTIDA 26	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, EN LA PARTIDA 26, PÁG. 59 SE INDICA LO SIGUIENTE:												

s/1a	1a	Punta de desgaste tipo pinza rotatable, con punta angulada de 90°, de 5mm de diámetro x 330mm de longitud	<input type="checkbox"/>
s/1a	1a	Engrapadora rotatoria de 10 mm, de diámetro, longitud 33 cm para clip hemostat extra largo (dorado)	<input type="checkbox"/>
s/1a	1a	Engrapadora rotatoria de 10 mm, de diámetro, longitud 33 cm para clip hemostat largo (morado)	<input type="checkbox"/>
Código:	Cantidad:	Instrumental solicitado	<input type="checkbox"/>

Página 59 de 725

SUPONEMOS QUE HAY UN ERROR Y LO CORRECTO ES CONSUMIBLES SOLICITADOS, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

DOCUMENTO No. 17 CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS: En caso de que el licitante no esté obligado a presentar estados financieros dictaminados de conformidad con lo establecido en el artículo 32 A del Código Fiscal de la Federación, deberá manifestarlo en escrito libre y acreditar el capital contable requerido, con los estados financieros y pagos provisionales en los términos solicitados. Correspondiente a los incisos a, b y c.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, EN EL CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, YA QUE NO SE CUMPLE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32-A, NO DEBEREMOS PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO O DADO DE ALTA AL SAT, ¿ES CORRECTO?
ANEXO N°.1a CUADRO N°1 PARTIDA 1-6, 8,16,17 Y DE LA 25 A LA 32 CONSUMIBLES SOLICITADOS: DICE: TROCAR CON FIJACIÓN: TROCAR DE 5MM PUNTA EN V CON REDUCTOR UNIVERSAL DE NEOPRENO DESECHABLE, VÁLVULA DE SEGURIDAD TIPO MITRAL, CAMISA ANTIRREFLEJO.	<u>RESPUESTA: PARA EL CASO DE NO ESTAR OBLIGADOS A DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, NO ES NECESARIO DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS, POR LO TANTO NO ES NECESARIO QUE EL CONTADOR PÚBLICO ESTE CERTIFICADO.</u>  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR "TROCAR CON FIJACIÓN: TROCAR DE 5MM PUNTA EN V CON REDUCTOR UNIVERSAL (QUE NO ESPECIFIQUE EL MATERIAL DE NEOPRENO YA QUE ESE TIPO DE TROCAR ES PROPIO DE UNA MARCA EN ESPECIFICO Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION) DESECHABLE, VÁLVULA DE SEGURIDAD TIPO MITRAL, CAMISA ANTIRREFLEJO.
ANEXO N°.1a CUADRO N°1 PARTIDA 9,10,11,12 Y 13	<u>RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</u>  EN LA PARTIDA 9,10,11,12 Y 13 SOLICITAN: S/C 2 TIJERA CURVA DERECHA 3.4 MM S/C 3 TIJERA CURVA IZQUIERDA 3.4MM  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INSTRUMENTAL ARTROSCOPICO 3.5 MM  <u>RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</u>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 10	PARTIDA 10 SOLICITA: S/C 2 SISTEMA DE REPARACIÓN SECUENCIAL DE MENISCO CONSTA DE 3 IMPLANTES DE PEEK, MONTADOS EN UNA SUTURA DE ALTA RESISTENCIA DE POLIPROPILENO PRECARGADO EN UN MANGO DISPOSITIVO CON UNA PERILLA DE TENSIONADOR DE NUDO INTRA ARTICULAR CON BOTÓN DE BLOQUEO DE PERILLA

	<p>DE TENSIÓN Y GATILLO DISPARADOR DE IMPLANTES CON SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIDISPARO, AGUJA CURVA CON CAMISAS GRADUADAS PARA CORTARSE DE ACUERDO A PROFUNDIDAD PUNCIÓN.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR SUTURA DE MENISCO CON 2 IMPLANTES PEEK MONTADOS CON SUTURA DE ULTRAALTO PESO MOLECULAR, PRECARGADA. Y DESCARTAR LAS PALABRAS "SISTEMA DE REPARACION SECUENCIAL" YA QUE ESTAS CARACTERISTICAS SON PROPIAS DE UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION.</p> <p><b>RESPUESTA:</b> ACEPTAMOS LA SUTURA DE DOS IMPLANTES SIEMPRE Y CUANDO SEA DE MARCAS DE CALIDAD.</p>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 11 Y 12 PAGINAS 25 Y 27	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECALCULAR LA SOLICITUD DE CONSUMIBLES (ANCLAS) PARA ESTAS PARTIDAS YA QUE 5 ANCLAS EN CADA PAQUETE PODRIA QUEDAR SOBRADO EN ALGUNOS PACIENTES, YA QUE LA MAGNITUD DE LAS LESIONES DIFEREN. 5 ANCLAS ELEVA EL COSTO DE UN PAQUETE.</p> <p>SE SUGIERE INCLUIR DE 2 A 3 ANCLAS Y SI SE REQUIERE ALGUNA OTRA TOMARLA DE LA LISTA DE CONSUMIBLES ADICIONALES.</p> <p><b>RESPUESTA:</b> NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 14 PAGINA 32 Y 33	<p>EN INSTRUMENTAL SOLICITADO DE ESTE PAQUETE SE VISUALIZA "UNIDAD DE CONTROL RASURADOR PARA RESECCION DE TEJIDOS BLANDOS" (DOS VECES)</p> <p>SUPONEMOS QUE HAY UN ERROR Y LO CORRECTO ES QUE SE VISUALICE 1 VEZ ¿ES CORRECTO?</p> <p><b>RESPUESTA:</b> ES CORRECTO, ALGUNAS EMPRESAS OFRECEN SHAVER COMO RASURADOR DE TEJIDOS BLANDOS Y SOLICITAMOS QUE EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS LLEVEN LA CUCHILLA AGRESIVA.</p>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 17 PAGINA 41	<p>EN CONSUMIBLES SOLICITADOS, SE SOLICITA: "AGUJA DE PUNCIÓN PARA LAPAROSCOPIA, DE DIÁMETRO EXTERNO DE 5MM Y LONGITUD DE TRABAJO DE 33CM"</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CAMBIAR ESTE CONSUMIBLE A INSTRUMENTAL Y NOS PERMITA OFERTAR AGUJA DE ASPIRACION 5 MM X 330MM"</p> <p><b>RESPUESTA:</b> SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</p>
ANEXO N°1a CUADRO N°1	<p>EN INTRUMENTAL SE SOLICITA: "NEFROSCOPIO TELESCOPIO HOPKINS RÍGIDO, VISIÓN RECTA, OCULAR, ANGULADO,</p>

PARTIDA 18 PAGINA 42	AUTOCLAVABLE, (LENTE, DILATADORES, PINZAS DE EXTRACCIÓN Y NAVAJA DE CORTE), DILATADORES FASCIALES URETETROTOMO" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA PARTIDA SE ABARCA PROCEDIMIENTOS PERCUTANEOS Y URETROTOMIAS".  <b><u>RESPUESTA: SI ES POSIBLE QUE SE REALIZEN PROCEDIMIENTOS PERCUTANEOS, URETROTOMIAS NO.</u></b>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 19 PAGINA 44	EN INSTRUMENTAL DICE "VAINA PARA CISTOSCOPIO CON OBTURADOR 22 CHARR" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VAINA PARA CISTOSCOPIO CON OBTURADOR 21"  <b><u>RESPUESTA: SI SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO CISTOSCOPIO, LENTE Y CAMISA SEAN LA MISMA MARCA.</u></b>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 19 PAGINA 45	EN CONSUMIBLES DICE "CANASTILLA CIRCULAR N CIRCLE Y CANASTILLA CIRCULAR ZERO TIP" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE EN ESTOS DOS CONSUMIBLES SE REVISEN LAS CARACTERISTICAS DEL CONSUMIBLE Y SE SOLICITE POR MEDIO DE CARACTERISTICAS, YA QUE AMBOS CONSUMIBLES REPRESENTAN LO MISMO, PERO SON ESPECIFICOS DE DOS MARCAS DIFERENTES, Y ESOS SON SUS NOMBRES COMERCIALES YA ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.  <b><u>RESPUESTA: ES UN ERROR DE ESCRITURA EN VEZ DE ZERO TIP SE SOLICITA N GAGE, SIN ESPECIFICAR MARCA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS DEL INSUMO.</u></b>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 25 PAGINA 56	EN EQUIPO DICE "SISTEMA DE SEPARATOR O RETRACTOR HEPATICO MARCA MEDIFLEX, MODELO SINGLE ARM FLEXARM™ PLUS SYSTEM, LONG REACH POST WITH FIXED STAINLESS STEEL TIP, CON SOPORTE DE FICTION A MESA QUIRURGICA TIPO HEAVY DUTY RAIL" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SOLICITAR CARACTERISTICAS DEL EQUIPO QUE SE REQUIERE, YA QUE LO SOLICITADO ES PROPIO DE UNA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION".  <b><u>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PROPUESTA, SOLICITAMOS SEPARADOR NATHANSON CON GANCHOS DE TRES LONGITUDES DIFERENTES (CHICO, MEDIANO Y GRANDE).</u></b>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 25 PAGINA 59	EN CONSUMIBLES DICE: 2 FILTRO PARA INSUFLADOR 1 MANGUERA PARA INSUFLACIÓN DE GAS CO2  SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA MANGUERA CON EL FILTRO YA INTEGRADO EN LUGAR DE OFERTARLO POR SEPARADO.

	<p><u>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</u></p>
ANEXO N°1a CUADRO N°1 PARTIDA 25 PAGINA 59	<p>EN CONSUMIBLES DICE:</p> <p>1 MANGUERA PARA SUCCIÓN Y/O ASPIRACIÓN (COMPATIBLE CON EQUIPO DE IRRIGACION-SUCCION)      1 MANGUERA PARA IRRIGACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA (COMPATIBLE CON EQUIPO DE IRRIGACION-SUCCION).</p> <p>SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL CONSUMIBLE QUE INCLUYE MANGUERA DE SUCCION/ASPIRACION Y MANGUERA DE IRRIGACION YA INTEGRADO EN LUGAR DE OFERTARLO POR SEPARADO.</p> <p><u>RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</u></p>
ANEXO N°1a CUADRO N°3 "EQUIPOS A INSTALAR EN LAS UNIDADES" PARTIDA EQUIPO "TORRE DE LAPAROSCOPIA" PAGINA 70 PUNTO 9 CONSUMIBLES PUNTO 9.2	<p>9.2 DICE "DEBERÁ CONSIDERAR PINZA(S) FUNCIONAL(ES) SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE LA SIGUIENTE LISTA COMPATIBLE CON LA UNIDAD ULTRASÓNICA ETHICON GEN 11, A SOLICITUD DE LA PROGRAMACIÓN MÉDICA, SIEMPRE Y CUANDO SE SOLICITE CON MÍNIMO 3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN: HARMONIC ACE+7 (TIJERA DE COAGULACIÓN ULTRASÓNICA), FOCUS TIJERA COAGULADORA HARMONIC FOCUS+SHEARS PARA VASOS HASTA 5MM DE 9 Y 17MM, ENSEAL G2 ARTICULADA PINZA ENSEAL G2 CON PUNTA CURVA, ENSEAL G2 ARTICULADA PINZA ENSEAL G2 CON PUNTA RECTA, ENSEAL X1 GRANDE (MANDÍBULA 38MM PUNTA CURVA), ENSEAL X1 25CM PUNTA CURVA PARA SELLAR Y CORTAR, ENSEAL X1 37CM PUNTA CURVA PARA SELLAR Y CORTAR, ENSEAL X1 37CM PUNTA RECTA PARA SELLAR Y CORTAR.</p> <p>ENTENDEMOS QUE EL CONVOCANTE YA CUENTA CON LOS EQUIPOS DE ENERGIA "CON LA UNIDAD ULTRASÓNICA" ¿ES CORRECTO?</p> <p><u>RESPUESTA: ES CORRECTO, CONTAMOS CON LA CONSOLA ETHICON GEN11 POR LO CUAL LOS CONSUMIBLES DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO.</u></p>
ANEXO N°1a CUADRO N°3 "EQUIPOS A INSTALAR EN LAS UNIDADES" PARTIDA EQUIPO "TORRE DE LAPAROSCOPIA" PAGINA 70	<p>9.2 DICE "DEBERÁ CONSIDERAR PINZA(S) FUNCIONAL(ES) SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE LA SIGUIENTE LISTA COMPATIBLE CON LA UNIDAD ULTRASÓNICA ETHICON GEN 11, A SOLICITUD DE LA PROGRAMACIÓN MÉDICA, SIEMPRE Y CUANDO SE SOLICITE CON MÍNIMO 3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN: HARMONIC ACE+7 (TIJERA DE COAGULACIÓN ULTRASÓNICA), FOCUS TIJERA COAGULADORA HARMONIC FOCUS+SHEARS PARA VASOS HASTA 5MM DE 9 Y 17MM, ENSEAL G2 ARTICULADA PINZA ENSEAL G2 CON PUNTA CURVA, ENSEAL G2 ARTICULADA PINZA ENSEAL G2 CON PUNTA RECTA, ENSEAL X1 GRANDE (MANDÍBULA 38MM PUNTA CURVA), ENSEAL X1 25CM PUNTA CURVA PARA SELLAR Y CORTAR, ENSEAL X1 37CM</p>

	<p>PUNTA CURVA PARA SELLAR Y CORTAR, ENSEAL X1 37CM PUNTA RECTA PARA SELLAR Y CORTAR.</p> <p>ENTENDEMOS QUE EL CONVOCANTE YA CUENTA CON LOS EQUIPOS DE ENERGIA "CON LA UNIDAD ULTRASÓNICA" ¿ES CORRECTO?</p> <p><b>RESPUESTA: ES CORRECTO, CONTAMOS CON LA CONSOLA ETHICON GEN11 POR LO CUAL LOS CONSUMIBLES DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO.</b></p>
--	---

II.2.- Por parte de la persona moral: INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., se tuvieron las siguientes 121 solicitudes de aclaración:

Número de Pregunta	Numeral	Nombre del Numeral	Pregunta
1	APARTADO IV	PÁRRAFO 12	<p>Dice: "Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante."</p> <p>Se solicita a la convocante nos confirme si es correcto entender que, se presentará un folio para la propuesta técnica, otro folio para la propuesta económica y un tercer folio para los documentos 1 al 20 seguido del documento 23 y la matriz de puntos y porcentajes. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
2	APARTADO V	DOCUMENTO No. 4	<p>Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, si es correcto entender que, para cumplir con este requerimiento deberá presentarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escrito libre mediante el cual el licitante manifieste que acredita el cumplimiento de las normas.</li> <li>• Copia de Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2021 Buenas Prácticas de Fabricación de Dispositivos Médicos.</li> <li>• ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad a nombre del licitante.</li> <li>• Licencia Sanitaria o Aviso de Funcionamiento a nombre del licitante.</li> <li>• Para productos extranjeros: Copia del certificado de calidad ISO 9001 o ISO 13485 a nombre del fabricante y/o alguno de los siguientes: FDA, CE, EN60601-1, EN60601-1-2 para cada uno de los productos extranjeros ofertados.</li> </ul> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: AL ESCRITO LIBRE MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFESTARÁ QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, LE DEBERÁ ANEXAR UNA COPIA SIMPLE DE</b></p>

			<p>LAS NORMAS, ESPECIALIZACIONES O SISTEMAS SOLICITADOS EN EL APARTADO II PÁRRAFO H DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIENDO LAS SIGUIENTES: LICENCIA SANITARIA O AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO; NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2021, BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS; ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, CON ALCANCE A SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN Y PARA PRODUCTOS EXTRANJEROS COPIA SIMPLE DE ISO 9001 Y ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA, CE, EN60601-1, EN60601-1-2.</p>
3	APARTADO V	DOCUMENTO No. 21.1.- CARTAS DE RESPALDO	<p>Se solicita a la convocante considere eliminar el requerimiento de carta de respaldo, toda vez que dicho requerimiento limita la libre participación de la proveeduría, en el entendido de que el objeto de la presente licitación es la prestación de un servicio integral de procedimientos de mínima invasión y no la adquisición de bienes de consumo y equipos médicos, por lo cual se podría entender que el requerimiento tiene como objetivo limitar la participación de aquellos licitantes que no cuenten con el apoyo directo del fabricante o bien del distribuidor primario, con lo cual se estaría incumpliendo el artículo 33 fracción 5 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA "Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;" y fracción 9 "Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;" incumpliendo en la declaración de integridad que todo licitante está obligado a presentar ya que se da por entendido que el requerimiento de cartas de respaldo tiene como objetivo beneficiar a solo algunos de los licitantes. Aunado a esto, actualmente es un requisito que incluso gobierno federal no solicita para sus licitaciones de servicios integrales, por lo cual reiteramos nuestra petición de considerar que la convocante elimine dicho requisito. ¿Se autoriza?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</b></p>
4	APARTADO V	DOCUMENTO No. 21.1.- CARTAS DE RESPALDO	<p>Dice: "se deberá de acompañar de una copia simple del poder de representación legal, subrayando las líneas de la o las páginas donde se le confieren los poderes, y de la credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar de este representante."</p>

			<p>Se solicita amablemente a la convocante elimine este requerimiento de las bases de la presente licitación, toda vez que dichos documentos forman parte de información sensible de las empresas que nos brindarán los apoyos en apego a la Ley de Datos personales por lo que limitaría la libre participación de la proveeduría. Aunado a esto, al ser documentos pertenecientes a terceros, no afectan la solvencia de nuestra propuesta ya que el objeto de la presente licitación es la prestación de un servicio integral de procedimientos de mínima invasión y no la adquisición de bienes de consumo y equipos médicos. ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTE, FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</b></p>
5	APARTADO V	DOCUMENTO 21.3 EXPERIENCIA DEL LICITANTE Inciso b)	<p>Se solicita amablemente a la convocante nos indique la cantidad de contratos que deberán ser presentados para cubrir con este requerimiento. Favor de pronunciarse al respecto.</p> <p><b>RESPUESTA: AL MENOS UN CONTRATO CON TERMINACIÓN FAVORABLE, REFIÉRASE A LA MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES.</b></p>
6	APARTADO V	DOCUMENTO 21.5 PERSONAL TÉCNICO	<p>Se solicita a la convocante nos indique si es correcto entender que deberemos presentar la documentación de 1 técnico para cada hospital. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIAS QUE ACREDITEN QUE SUS TÉCNICOS SE ENCUENTRAN CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS PARA ATENCIÓN EN ÁREAS QUIRÚRGICAS Y CIRUGÍAS DE MÍNIMA INVASIÓN.</b></p>
7	APARTADO V	DOCUMENTO 21.6 DEL EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES Inciso c)	<p>CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS A NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR O IMPORTADOR PRIMARIO O FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTE NUESTRA PETICIÓN?</p> <p><b>RESPUESTA: SERÁN VALIDOS SI Y SOLO SI LOS REGISTROS SANITARIOS COINCIDEN CON EL LABORATORIO FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, LABORATORIO FILIAL Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO QUE APAREZCA EN LA CARTA DE RESPALDO.</b></p>
8	APARTADO V	DOCUMENTO No. 21.6.- DEL	<p>Se solicita atentamente a la convocante nos permita presentar el 80% de copias simple de los registros sanitarios expedidos por la</p>

		EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES, Inciso c)	COFEPRIS y una carta bajo protesta de decir verdad en que el 20% restante de los registros se presentaran al momento de la firma del contrato en caso de resultar adjudicado, para no limitar la libre participación de acuerdo al artículo 33 fracción 5 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA "Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; "¿Se acepta nuestra propuesta?
9	APARTADO V	DOCUMENTO No. 21.6.- DEL EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES, Inciso c)	Se solicita atentamente a la convocante nos permita presentar el 80% de copias simple de los certificados de calidad y una carta bajo protesta de decir verdad en que el 20% restante de los registros se presentaran al momento de la firma del contrato en caso de resultar adjudicado, para no limitar la libre participación de acuerdo al artículo 33 fracción 5 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA "Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; "¿Se acepta nuestra propuesta?
10	APARTADO V	DOCUMENTO 21.6 DEL EQUIPAMIENTO EN LAS UNIDADES Inciso f) Formato 16	Dice: "Deberá considerar los puntos anteriores conforme a lo solicitado en el Documento 20 "Propuesta Técnica" Numeral 20.6. y Numeral 20.8." Para dar cumplimiento al presente requerimiento, solicitamos a la convocante nos indique cuales son los numerales que debemos considerar para la elaboración de dicho Formato, toda vez que el Numeral 20.6 y Numeral 20.8 no forma parte de las bases de la presente licitación. A su vez el Documento 20 no corresponde a la Propuesta Técnica. Favor de pronunciarse al respecto.
11	APARTADO V	DOCUMENTO 21.9 CONDICIONES DEL SERVICIO	Solicitamos a la convocante nos indique el documento y/o información que deberemos presentar para dar cabal cumplimiento al requerimiento solicitado en este numeral. Favor de pronunciarse al respecto.  <b>RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN HOJA ORIGINAL MEMBRETADA DE LA EMPRESA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE ESTABLECEN CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL</b>

			SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ANEXANDO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR LA PERSONA FACULTADA EL ANEXO NO. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS".
12	APARTADO V	DOCUMENTO NO. 21.11.- PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS EN COMODATO A INSTALAR SIN COSTO ADICIONAL	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar esta carta sin indicar los números de serie, esto debido a que el Instituto solicita equipos nuevos para el servicio, los cuales serán adquiridos una vez adjudicados, razón por la cual presentar dicha información no será posible hasta una vez realizada la adquisición.</p> <p>¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUE UN ESCRITO LIBRE DONDE SE COMPROMETA E ENTREGAR LOS NÚMEROS DE SERIES EN CASO DE SER ADJUDICADO.</b></p>
13	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DEFINITIVO	CUADRO NO. 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS	<p>Se solicita a la convocante nos confirme, en relación con las cantidades de consumibles solicitados en los paquetes de cirugía, se entiende que se deberán entregar hasta los insumos necesarios para terminar el procedimiento médico sin rebasar las cantidades estipuladas en los paquetes que se describen en el Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS SEÑALADOS EN CADA PARTIDA.</b></p>
14	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DEFINITIVO	CUADRO NO. 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS	<p>Partida 28. Prostatectomía Laparoscópica.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, para esta partida, el número correcto de procedimientos a considerar para realizar nuestra propuesta económica, ya que en el cuadro 1 se indican 15 procedimientos y en el cuadro 4 se indican 6. Favor de pronunciarse al respecto.</p> <p><b>RESPUESTA: REFERIRSE A LA ACLARACIÓN 5 DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.</b></p>
15	Anexo 4. MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJES	Rubro 1. Características de los bienes objeto de la propuesta técnica	<p>Se solicita a la convocante nos autorice presentar los documentos requeridos para cumplir este numeral sin las normas oficiales con las que cumplen, esto debido a que no todos los catálogos, folletos, manuales y/o fichas técnicas cuentan con dicha información y son documentos oficiales que provee el fabricante y/o distribuidor y no pueden ser modificados.</p> <p>¿Se autoriza nuestra petición?</p>

			<b>RESPUESTA:</b> NO SE AUTORIZA SU PETICIÓN. PARA ALCANZAR EL MÁXIMO PUNTAJE DISPONIBLE PARA EL RUBRO 1, DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL PROPIO RUBRO 1.
16	Anexo 4. MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJ ES	Rubro 1. Características de los bienes objeto de la propuesta técnica	De ser negativa la respuesta a su pregunta anterior, solicitamos a la convocante autorice agregar copia del certificado de calidad anexo a los folletos y/o catálogos. ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA:</b> SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
17	Anexo 4. MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJ ES	RUBRO 2. Capacidad del licitante  A. Capacidad de recursos económicos	Se solicita a la convocante nos confirme, si para aquellos licitantes que no están obligados a dictaminar los Estados Financieros, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al requerimiento deberán presentan los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escrito libre manifestando que no estamos obligados a presentar estados financieros dictaminados de conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Código Fiscal de la Federación.</li> <li>• Declaración Fiscal Anual 2023</li> <li>• Pagos Provisionales Mensuales correspondientes a los meses de enero a mayo del ejercicio fiscal 2024.</li> <li>• Estados Financieros del ejercicio fiscal 2023 (Balance General y Estado de Resultados)</li> <li>• Copia simple de la cédula profesional del contador público por anverso y reverso.</li> </ul> ¿Es correcta nuestra apreciación?  <b>RESPUESTA:</b> ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
18	Anexo 4. MATRIZ DE PUNTOS Y PORCENTAJ ES	RUBRO 2. Capacidad del licitante  B. Capacidad de recursos técnicos	Se solicita a la convocante nos confirme si es correcto entender que el Calendario donde se haga constar las condiciones de modo tiempo y lugar en que se otorgaran los mantenimientos a los equipos que serán utilizados sin costo por el Instituto, solicitado en este subrubro deberá ser presentado y firmado por el Licitante, toda vez que este será quien se encargue de realizar los mantenimientos correctivos y en su caso de ser necesario los correctivos. ¿Es correcta nuestra apreciación?  <b>RESPUESTA:</b> ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, DEBERÁ SEÑALAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y SI SE REQUIERE LOS CORRECTIVOS.
19	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	CUADRO NO. 3 EQUIPOS A INSTALAR EN LAS UNIDADES, 9.- Consumibles, 9.2	Es correcto entender, que, por error involuntario, la convocante incluyó dentro de las torres que se prestarán en comodato al instituto, las pinzas compatibles con la unidad ultrasónica ETHICON GEN 11, toda vez que dichas pinzas, al ser desechables, representan un gasto para el licitante que no podrá ser cubierto con el presupuesto destinado para la presente licitación, por lo cual solicitamos a la

			<p>convocante considere eliminar este requerimiento del cuadro No. 3 EQUIPOS A INSTALAR EN LAS UNIDADES toda vez que dichos insumos no forman parte de los elementos del equipo a instalar, sino que corresponde a consumibles de una consola que puede ser utilizada en conjunto con la torre de laparoscopia mas no forma parte de los elementos de la misma, ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ CONSIDERARLAS EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.</b></p>
20	9.- FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA	9.- FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA	<p>El archivo titulado 9.- FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA, referente al requerimiento del DOCUMENTO No.21 PROPOSICIÓN TÉCNICA al abrirse, los formatos llevan como título FORMATO No. 15 PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>Se solicita a la convocante nos confirme que se deberá considerar como error involuntario que el título de dichos formatos diga número 15 y se deberán cambiar a número 18. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA ACLARACIÓN 3 DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.</b></p>
21	9.- FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA	FORMATO de la Página 2	<p>Dice: "Nota: Formato para la partida No. 23."</p> <p>Se solicita a la convocante nos confirme que dicho Formato realmente es para la partida No.24 ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA ACLARACIÓN 3 DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.</b></p>
22	9.- FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA	FORMATO de la Página 4	<p>Dice: "Nota: Formato para el Cuadro No. 2 Consumibles Adicionales del 1 al 56"</p> <p>Se solicita a la convocante nos confirme que dicho Formato realmente es para los consumibles adicionales del 29 al 84 ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA ACLARACIÓN 3 DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.</b></p>
23	9.- FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA	FORMATO de la Página 2 y 3	<p>Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, si es correcto entender que, deberemos capturar en la columna "referencia" el código indicado en el Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO para cada uno de los renglones de dichas partidas. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>

24	9.- FORMATO NO. 18 PROPUESTA TÉCNICA	FORMATO de la Página 1, 2 y 3	<p>Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, si es correcto entender que, deberán agregarse 2 columnas a dichos formatos para capturar la marca y modelo de los renglones que conforman cada partida, esto debido a que las partidas están conformadas por equipos, instrumentales e insumos de distintas marcas y modelos. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</b></p>
25	10.- FORMATO NO. 19 PROPUESTA ECONÓMICA		<p>Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, si es correcto entender que, deberán desglosarse los consumibles solicitados para cada partida para poder llenar las columnas de marca y modelo, toda vez que cada partida está conformada por equipos, instrumentales e insumos de distintas marcas y modelos. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b></p>
26	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 35	<p>Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, si para esta partida solo se deberá presentar catálogo, debido a que los demás documentos regulatorios no son aplicables para este insumo. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b></p>
27	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PARTIDA 39 Y 40	<p>Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, si es correcto entender que, para la elaboración de la propuesta económica, se deberá de considerar para dichas partidas el precio bajo el concepto de renta, toda vez que el requerimiento solicitado es un instrumental y no un consumible desechable. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>RESPUESTA: NO ES UN CONSUMIBLE, ES UN INSTRUMENTAL QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.</b>  <b>POR LO ANTERIOR SE ELIMINAN LAS PARTIDAS 38, 39 y 40, NO DEBIENDO CONSIDERARLAS EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA.</b></p>
28	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PARTIDA 39 Y 40	<p>En caso de ser negativa su respuesta a nuestra pregunta anterior, se solicita a la convocante nos confirme si dichas partidas se deberán entregar nuevas tantas veces sean solicitadas durante los procedimientos o solo se entregará 1 pieza de cada una de las partidas durante la vigencia del contrato tal como se describe en cantidad solicitada. Favor de pronunciarse al respecto.</p> <p><b>RESPUESTA: NO ES UN CONSUMIBLE, ES UN INSTRUMENTAL QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.</b></p>

			<b>POR LO ANTERIOR SE ELIMINAN LAS PARTIDAS 38, 39 y 40, NO DEBEMOS CONSIDERARLAS EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPIUESTA.</b>
29	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 5 PARTIDA 6 PARTIDA 7 PARTIDA 8 PARTIDA 16 PARTIDA 17 PARTIDA 18 PARTIDA 19 PARTIDA 20 PARTIDA 21 PARTIDA 22 PARTIDA 23 PARTIDA 24 PARTIDA 25 PARTIDA 26 PARTIDA 27 PARTIDA 28	<p>Dice: "Cámara con salida de video digital en display /port/UHD, 1080 Progresivo y video maTRIX UHD".</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofrecer tecnología superior con resolución 4K UHD que muestra una mejor calidad visual debido a la mayor densidad de pixeles mejorando la nitidez de la imagen y la precisión de color mejorando la visualización para la realización de los procedimientos. ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPIUESTA., SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. CONSIDERANDO QUE EL MONITOR ES COMPATIBLE CON LA PROPIUESTA.</b></p>
30	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 5 PARTIDA 6 PARTIDA 7 PARTIDA 8 PARTIDA 16 PARTIDA 17 PARTIDA 18 PARTIDA 19 PARTIDA 20 PARTIDA 22 PARTIDA 23 PARTIDA 24 PARTIDA 25 PARTIDA 26 PARTIDA 27 PARTIDA 28	<p>Dice: "Grabación en DVD de imágenes médicas de alta calidad Grado Médico touch y/o con teclado, y capacidad de manejo de usuarios. Las imágenes se graban en CD, DVD, USB".</p> <p>Dado que la tendencia tecnológica está dejando obsoleto el uso de DVD, se solicita amablemente a la convocante nos permita ofrecer un sistema que permita resguardar las imágenes en memoria USB y/o en almacenamiento interno. ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SI SE ACEPTAN LAS MEMORIAS USB. SIEMPRE QUE SE ENTREGUEN AL MOMENTO DE LA CIRUGÍA., ES DECIR UNA USB POR PROCEDIMIENTO.</b></p> <p><b>SI SE ACEPTA SU PROPIUESTA., SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</b></p>
31	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 5 PARTIDA 6	<p>Dice: "Laparoscopio de 10 mm de diámetro de 30° 300 mm".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofrecer para este insumo longitud de 31 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SI SE ACEPTA</b></p>

		PARTIDA 7 PARTIDA 8 PARTIDA 17 PARTIDA 25 PARTIDA 26 PARTIDA 28	
32	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 5 PARTIDA 6 PARTIDA 8 PARTIDA 16 PARTIDA 17 PARTIDA 25 PARTIDA 26 PARTIDA 27 PARTIDA 28	Dice: "Laparoscopio de 5 mm de diámetro de 30° 300 mm".  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 29 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA EXCEPTO PARTIDA 25 QUE DEBERA TENER LONGITUD DE HASTA 42CM.</b>
33	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 5 PARTIDA 6 PARTIDA 8 PARTIDA 17 PARTIDA 26 PARTIDA 27 PARTIDA 28	Dice: "Tijera metzembau, diámetro 5 mm / largo 330 mm. Giratoria, desmontable, aisladas, con conexión para coagulación monopolar, abertura bilateral curvadas, long mandíbulas 12mm, tamaño 5mm long 33 cm".  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo mandíbula de 15 mm y longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
34	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 16 PARTIDA 27 PARTIDA 28	Dice: "Pinza Grasping Babcock de 10mm, de 33cm de longitud"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
35	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 5 PARTIDA 6 PARTIDA 26	Dice: "Pinza Grasping Babcock de 5mm, de 33cm de longitud"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>

36	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 5 PARTIDA 6 PARTIDA 8 PARTIDA 17 PARTIDA 26 PARTIDA 27 PARTIDA 28	Dice: "Pinza de disección curva (maryland), con diámetro de 5 mm x33 cm de longitud"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
37	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 16	Dice: "Cánula de irrigación/succión de 33 cm de 5mm".  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
38	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 5 PARTIDA 8 PARTIDA 26 PARTIDA 27	Dice: "Cánula de irrigación/succión de 32cm de 5mm".  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
39	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 6	Dice: "Cánula de irrigación/succión de 32cm de 5mm tipo trompeta".  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
40	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 17	Dice: "Cánula de irrigación/succión de 33cm de 5mm Multiperforadora para succión de litros".  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
41	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 28	Dice: "Cánula de irrigación/succión de 33 cm de 5mm de trompeta"

	CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		<p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
42	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 8 PARTIDA 17	<p>Dice: "Engrapadora desmontable, rotatoria de 10 mm. de diámetro, longitud 33 cm para clip mediano-largo (LT300-LT400)".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10% para clip mediano (LT-300), ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
43	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 28	<p>Dice: "Pinza cross olmi curva atraumatica desmontable giratoria, sin conexión para monopolar, apertura bilateral curvada con diámetro de 5 mm y 33 cm de long con mango sin cremallera".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
44	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 2 PARTIDA 5	<p>Dice: "Pinzas Cross Olmi de 5 mm mandíbula y 33 mm longitud".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
45	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 3 PARTIDA 26	<p>Dice: "Pinzas CROSS OLMI de 33 cm de largo, 5 mm diámetro, giratoria, desmontable, con puerto para conexión eléctrica".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
46	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 1 PARTIDA 5	<p>Dice: "Pinza de disección tipo mixter rotable 5mm x 33cm".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
47	Anexo 1A ESPECIFICACIONES	PARTIDA 6	<p>Dice: "Pinza Mixter de ángulo 90° de 05 mm de diámetro, longitud 33 cm".</p>

	TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		<p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
48	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 6	<p>Dice: "Pinza Mixter de ángulo 90° de 10 mm de diámetro, longitud 33 cm".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
49	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 26	<p>Dice: "Pinza de disección tipo mixter rotable, con punta angulada de 90°, de 5mm de diámetro x 330mm de longitud".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
50	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 16	<p>Dice: "Pinza de disección tipo mixter rotable, con punta angulada 90°, para trocar de 10 a 12mm de 5mm de diámetro x 330mm de longitud".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
51	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 8 PARTIDA 26	<p>Dice "Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable, tipo claw de mandíbulas, para trocar de 10 a 12mm, largo de trabajo de 330mm".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
52	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 5 PARTIDA 6	<p>Dice: "Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable, tipo claw de mandíbulas, para trocar de 10 a 11mm, largo de trabajo de 330mm".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>

53	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 27	<p>Dice: "Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable, tipo claw de mandíbulas, para trocar de 5mm, largo de trabajo de 330mm".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
54	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 3 PARTIDA 16 PARTIDA 17 PARTIDA 28	<p>Dice: "Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable, tipo claw de mandíbulas, para trocar de 10 a 12mm, largo de trabajo de 330mm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
55	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 3 PARTIDA 4 PARTIDA 5 PARTIDA 6 PARTIDA 8 PARTIDA 16 PARTIDA 17 PARTIDA 26 PARTIDA 27 PARTIDA 28	<p>Dice: "Pinza de agarre (grassper) a traumática con cremallera, con diámetro de 5 mm x 33 cm de longitud".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
56	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 6 PARTIDA 17	<p>Dice: "Pinza de agarre (grassper) atraumatica sin cremallera, diámetro de 5 mm x 33 cm de longitud".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
57	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 3	<p>Dice: "Equipo de irrigación-aspiración con pieza de mano de trompeta".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +/-10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
58	Anexo 1A ESPECIFICACIONES	PARTIDA 4	Dice: "Pinza de agarre intestinal, giratorias, desmontable en tres piezas, aisladas con conexión para coagulación unipolar, apertura bilateral fenestradas, 5mm, inserto romo."

	TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		<p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10% ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
59	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 7	<p>Dice: "Telescopio de 30° gran angular, con diámetro de 2.7mm largo de 17.5cm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo lente de 18 cm de largo, con todas las demás características solicitadas, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
60	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 7	<p>Dice: "Pinza jirafa para receso frontal de 90° horizontal de cuello corto con mandíbula de 19cm y copa de 2mm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas tipo jirafa con doble cuchara curvadas hacia arriba 90°, abertura horizontal, cuchara 2 mm Ø, con conexión para limpieza, longitud útil 13 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
61	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 7	<p>Dice: "Pinza jirafa para receso frontal de 45° horizontal de cuello corto con mandíbula de 20.9cm y copa de 2mm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas tipo jirafa con doble cuchara curvadas hacia arriba 55°, abertura horizontal, cuchara 2 mm Ø, con conexión para limpieza, longitud útil 13 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
62	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 7	<p>Dice: "Pinza jirafa para receso frontal de 45° vertical de cuello corto con mandíbula de 20.6cm y copa de 2mm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas tipo jirafa con doble cuchara curvadas hacia arriba 55°, abertura vertical, cuchara 2 mm Ø, con conexión para limpieza, longitud útil 13 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA</b></p>
63	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 7	<p>Dice: "Pinza jirafa para receso frontal de 45° vertical de cuello corto con mandíbula de 20.6cm y copa de 3mm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo pinza tipo jirafa con doble cuchara curvadas hacia arriba</p>

			55°, abertura vertical, cuchara 3 mm Ø, con conexión para limpieza, longitud útil 13 cm, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
64	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 7	Dice: "Elevador de Freer de 4.5mm"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Elevador de aspiración de FREER, con mandril, longitud 19 cm, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
65	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 7	Dice: "Seeker frontal de ostium de 195 mm"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Sonda doble para senos frontales de ambos lados curvados 77° y 90°, con extremos en forma de sonda curvados hacia fuera, longitud 22 cm, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
66	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 16	Dice: "Laparoscopia de 10 mm de diámetro de 30° 300 mm"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar una óptica de 310 mm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
67	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 16	Dice: "Pinza de Duvet 5mm x 33cm"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo diámetro de 10 mm y longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
68	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 17	Dice: "Aguja de Punción para laparoscopia, de diámetro externo de 5mm y longitud de trabajo de 33cm"  Se solicita amablemente a la convocante ofertar instrumento reusable de longitud de 36 cm, de acuerdo a la tolerancia +10%, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
69	Anexo 1A ESPECIFICACIONES	PARTIDA 18	Dice: "Vaina sache para uretrotomo 21 fr"

	TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		Entendemos que al solicitar vaina para uretrotomo también se deberán ofertar el obturador, elemento de trabajo, cuchillas y todos los accesorios para realizar procedimientos de uretrotomía. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
70	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 19	Dice: "Camisa de resección 26Fr. Click in"  Entendemos que al solicitar camisa de resección 26 Fr tipo Click también se están solicitando elemento de trabajo, asas y cable para la realización de procedimientos de TURP. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS TRUP SE ENLISTAN EN OTRA PARTIDA</b>
71	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 19	Dice: "Camisa de resección 26Fr. Click in"  Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si los procedimientos de TURP realizados serán con energía bipolar. ¿Se acepta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
72	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 20	Dice: "Vaina Sachse para uretrotomo 21 fr"  Entendemos que al solicitar la vaina y obturador también se debe ofertar elemento de trabajo, cuchillas y accesorios para realizar procedimientos de uretrotomía. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
73	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 21	Dice: "Juego de dilatadores uretrales Van Buren 8-30 Fr"  Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar como bujías dilatadoras curvadas, sin canal de 9 a 28.5 Fr. ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: NO SE ACEPTE, FAVOR APEGARSE AL ANEXO TECNICO</b>
74	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 21	Dice: "Juego de Dilatadores uretrales filiformes 8 – 28 Fr, cuatro diferentes guías hembras"  Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto con los dilatadores ofertados en el punto anterior, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
75	Anexo 1A ESPECIFICACIONES	PARTIDA 21	Dice: "Asa de corte de resección transuretral de 24fr"

	TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si el tipo de energía a utilizar para la realización de los procedimientos de RTU es bipolar. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
76	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 22	Dice: "Receptor bipolar con camisas de flujo continuo de 5.8mm"  Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, si es correcto entender que, para dar cabal cumplimiento a este requerimiento, deberá ofertarse resectoscopio bipolar con camisas de flujo continuo de 5.8mm. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SI ES CORRECTO</b>
77	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 23	Dice: "Histeroscopio de Bettuchi 5 mm"  Se solicita amablemente a la convocante nos confirme, si es correcto entender que, para dar cabal cumplimiento a este requerimiento, deberá ofertarse Histeroscopio de Bettocchi 5 mm.¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
78	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 23	Dice: "Camisa operatoria con flujo continuo de trabajo 5mm"  El término "flujo continuo" del histeroscopio se refiere a la aspiración e irrigación continuas, se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar de ese modo. ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICION SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
79	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	Dice: "Cuchillete en forma de hoz suavem curvad puntiagudo, long. 18 cm"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo bisturí falciforme, puntiagudo, longitud 19 cm, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICION SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
80	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	Dice: "Pinzas sacabocados óseas, corte en avanc 60° hacia arriba, tamaño 2 mm, long. 17"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas sacabocados de corte circular, curvadas hacia arriba 65°, para seno frontal y receso frontal, 3,5 mm Ø, con conexión para limpieza, longitud útil 17 cm, ¿Se acepta nuestra petición? <b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICION SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
81	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	Dice: "Pinzas sacabocados óseas, corte en avanc 60° hacia arriba, tamaño 3 mm, long. 17"

	CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		<p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas sacabocados de corte circular, curvadas hacia arriba 65°, para seno frontal y receso frontal, 4,5 mm Ø, con conexión para limpieza, longitud útil 17 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
82	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Escalpelo con cuchilla telescópica"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo ofertar bisturí con cuchilla extensible, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
83	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Disector, agudo, doblado."</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo disector, cortante, punta recta, espátula levemente curvada, con mango cilíndrico, tamaño 3 mm, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
84	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Disector, agudo, punta redonda"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo disector, cortante, punta acodada 45°, espátula redonda, con mango cilíndrico, tamaño 2 mm, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
85	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cureta, fenestrada, redonda"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra, forma de cuchara, redonda, ligeramente acodada, tamaño 3 mm, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
86	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cureta de anillo, romo, ID 3 mm."</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo, 3 mm Ø interior, punta acodada 45°, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p>

			<b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
87	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cucharilla de anillo, 3 mm de diámetro"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo, con alambre redondo, flexible, 3 mm Ø interior, punta acodada 45°, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
88	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Punta acodada 45°, 25 cm de longitud"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo, 5 mm Ø interior, punta acodada 45°, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
89	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cureta de anillo, romo, ID 5 mm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo flexible, 5 mm Ø interior, punta acodada 45°, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
90	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cucharilla de anillo, 5 mm de diámetro"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo romo, 5 mm Ø interior, punta acodada 90 °, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
91	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Punta acodada 45°, 25 cm de longitud,"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo flexible, 7 mm Ø interior, punta acodada 45°, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTE SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
92	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cucharilla, 3 mm de diámetro"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo romo, 3 mm Ø interior, punta acodada 90 °, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p>

			<b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b>
93	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cureta de anillo, romo, ID 5 mm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo, 5 mm Ø interior, extremo de la vaina curvado lateralmente 90°, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
94	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Ring curette, ID 3mm, distally curved"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo, vertical, 5 mm Ø interior, punta acodada 45°, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
95	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cureta de anillo, romo, ID 5 mm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo, 5 mm Ø interior, extremo de la vaina curvado lateralmente, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
96	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cucharilla, 3 mm de diámetro"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo, 3 mm Ø interior, extremo de la vaina curvado lateralmente, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
97	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Cucharilla, 7 mm de diámetro"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Legra de anillo con alambre redondo, 7 mm Ø interior, extremo de la vaina curvado lateralmente 90°, con mango cilíndrico, longitud 25 cm, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
98	Anexo 1A ESPECIFICA	PARTIDA 24	Dice: "Set Cappabianca Hipófisis"

	CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		Dado que el set Cappabianca para hipófisis solicitado en este numeral, está conformado por el instrumental que se indica en los demás renglones de esta partida, solicitamos a la convocante nos confirme si, para dar cabal cumplimiento a este requerimiento, será necesario duplicar la información presentada en el resto de los renglones de esta partida. Favor de pronunciarse al respecto.  <b>RESPUESTA: SI SE DEBERÁ DE DESCRIBIR LO SOLICITADO EN CADA PARTIDA.</b>
99	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	Dice: "Telescopio HOPKINS, 30°, 2.9 mm ,autoclavable"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Ventriculoscopio con óptica de visión frontal gran angular 30°, ocular oblicuo, 6,1 mm Ø exterior, longitud 18 cm, con canal de trabajo 2,9 mm Ø, canal de irrigación y aspiración de 1,6 mm Ø cada uno, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, como mejora tecnológica ya que el endoscopio solicitado esta descontinuado por el fabricante, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b>
100	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	Dice: "Óptica HOPKINS 0°, 2.9 mm"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Ventriculoscopio con óptica de visión frontal gran angular 6°, ocular oblicuo, 6,1 mm Ø exterior, longitud 18 cm, con canal de trabajo 2,9 mm Ø, canal de irrigación y aspiración de 1,6 mm Ø cada uno, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, como mejora tecnológica ya que el endoscopio solicitado esta descontinuado por el fabricante, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b>
101	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	Dice: "Tijeras, una rama móvil, diámetro 1.3mm, longitud 34 cm"  Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo tijeras puntiagudas, abertura unilateral, 2 mm Ø, longitud útil 30 cm compatibles con el ventriculoscopio ofertado como parte de la mejora tecnológica, ¿Se acepta nuestra petición?  <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b>
102	Anexo 1A ESPECIFICACIONES	PARTIDA 24	Dice: "Pinza de biopsia, ambas mordazas móviles 1.3 mm, longitud 28 cm"

	CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		<p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas para biopsia abertura bilateral, 2 mm Ø, longitud útil 30 cm compatibles con el ventriculoscopio ofertado como parte de la mejora tecnológica, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
103	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Pinza de biopsia, 1.0 mm, flexible, longitud 30 cm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas para biopsia abertura unilateral, 2,7 mm Ø, longitud útil 30 cm compatibles con el ventriculoscopio ofertado como parte de la mejora tecnológica, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
104	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Pinza para ventriculostomía"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas para la ventriculostomía, 2 mm Ø, longitud útil 30 cm compatibles con el ventriculoscopio ofertado como parte de la mejora tecnológica, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
105	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 24	<p>Dice: "Pinza de agarre, 1.0 mm, longitud 30 cm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo Pinzas de agarre abertura bilateral, 2 mm Ø, longitud útil 30 cm compatibles con el ventriculoscopio ofertado como parte de la mejora tecnológica, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
106	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Insuflador de alto flujo de 40L pm o mayor, display de flujo solicitado y real. Presión solicitada y real y consumo total. Alarms ópticas y acústicas con niveles preconfigurados de presión y flujo entre 1-30 mmHg. Rango mínimo de 3 especialidades para paciente pediátrico, normal y bariátrico, con sensor de contaminación para mayor seguridad del paciente"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar insuflador de 50 l/m con modos de funcionamiento, pediatría y high flow, calentamiento de gas y sistema de seguridad, ¿Se acepta nuestra petición?</p>

			<b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b>
107	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Sistema de Separador o Retractor hepatico marca Mediflex, modelo Single Arm FlexArm™ Plus System, Long Reach post with Fixed Stainless Steel Tip, con soporte de fiction a mesa quirurgica tipo Heavy Duty Rail"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo retractor hepático nathanson en 3 tamaños con brazo articulado, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
108	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Tijera metzenbaum giratoria, desmontable, aislada, con conexión para coagulación monopolar, apertura bilateral curvadas, longitud de mandíbulas 12mm, diámetro externo de 5mm, longitud de trabajo de 42 cm, con mango sin cremallera".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo mandíbulas de 15 mm y longitud de trabajo 43 cm, de acuerdo a la tolerancia de +-10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
109	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Pinza de disección curva (maryland) a traumática, desmontable, aislada, con conexión para coagulación monopolar, apertura bilateral curvada, con diámetro de 5 mm y 42 cm de longitud, con mango sin cremallera".</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 43 cm, de acuerdo a la tolerancia de +-10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
110	Anexo 1A ESPECIFICA CIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Pinza CroLPA-Olmi Curva, a traumática, desmontable, giratoria, sin conexión para coagulación monopolar, con apertura unilateral, de 5mm de diámetro y 42 cms de longitud con mango sin cremallera, con funda graduada para medición"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 43 cm, de acuerdo a la tolerancia de +-10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>

111	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Pinza CroLPA-Olmi Curva, a traumática, desmontable, giratoria, sin conexión para coagulación monopolar, con apertura unilateral, de 5mm de diámetro y 36 cms de longitud con mango con cremallera, con funda graduada para medición"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 43 cm, de acuerdo a la tolerancia de +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
112	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Porta agujas con inserto carburo de tungsteno, con mango recto ergonómico curvo, con mandíbulas curvadas a la izquierda de 5 mm de diámetro x 42 cm de longitud"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 43 cm, de acuerdo a la tolerancia de +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
113	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Porta agujas con inserto carburo de tungsteno, con mango recto ergonómico curvo, con mandíbulas curvadas a la izquierda de 5 mm de diámetro x 36 cm de longitud"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 33 cm, de acuerdo a la tolerancia de +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES</b></p>
114	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Porta agujas con inserto carburo de tungsteno, con mango recto con punta recta 5mm x 36 cm"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 33 cm, de acuerdo a la tolerancia de +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
115	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Equipo con cánula de irrigación-aspiración con pieza de mano de trompeta de 5mm de diámetro y 42cms de longitud."</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo longitud de 43 cm, de acuerdo a la tolerancia de +10%, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.</b></p>
116	Anexo 1A ESPECIFICACIONES	PARTIDA 25	<p>Dice: "Retractor hepático redondo y romo, tipo varilla de 10mm, de 36cm."</p>

	TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO		<p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo retracto en abanico, desmontable, extensible, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTE, FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO TECNICO.</b></p>
117	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 25	<p>Dice: "Retractor hepático redondo y romo, tipo varilla de 5mm, de 36cm."</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para este insumo retracto en abanico, desmontable, extensible, ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTE, FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO TECNICO.</b></p>
118	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 21	<p>Dice: "Evacuador de ellik para fragmentos prostáticos"</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar para esta partida Evacuador Urovac Bladder toda vez que cumple la misma función del insumo solicitado ¿Se acepta nuestra petición?</p> <p><b>RESPUESTA: SI SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LAS CONEXIONES.</b></p>
119	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 5 PARTIDA 6	<p>Dice: "Aplicador/removedor laparoscópico de clips bulldog, 05 mm de diámetro, 33 cm de longitud"</p> <p>Se solicita a la convocante nos confirme, si para este insumo se requiere que el clip pueda angularse y/o se encuentre alineado. Favor de pronunciarse al respecto.</p> <p><b>RESPUESTA: QUE SE PUEDA ANGULAR.</b></p>
120	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 5	<p>Dice: "Bulldog 5mm "</p> <p>Se solicita a la convocante nos confirme la fuerza de cierre que requieren para este insumo. Favor de pronunciarse al respecto.</p> <p><b>RESPUESTA: FUERZA DE CIERRE REDUCIDA Y FUERZA DE CIERRE DEFINIDA.</b></p>
121	Anexo 1A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEFINITIVO	PARTIDA 5	<p>Dice: "Bulldog 5mm "</p> <p>Se solicita a la convocante nos confirme el largo de la mandíbula que requieren para este insumo. Favor de pronunciarse al respecto.</p> <p><b>RESPUESTA: EL LARGO DE LA MANDÍBULA DEBERA SER 6.5CM.</b></p>

II.3.- Por parte de la persona moral: SONOMEDICAL, S.A. DE C.V., se tuvieron las siguientes 3 solicitudes de aclaración:

1. EN EL DOCUMENTO N° 21 PROPOSICIÓN TÉCNICA, ANEXO NO°1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, CON RELACIÓN A LOS CONSUMIBLES PARA ARTROSCOPIAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE PRESENTAR OTROS TIPO DE MARCA DE CONSUMIBLES, QUE CUMPLAN CON LA CALIDAD Y SEGURIDAD PARA SU USO EN BASE A NOM OFICIAL MEXICANA A NORMA OFICIAL MEXICANA Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y QUE NO SEA CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.

**RESPUESTA: SE ACEPTE SI Y SOLO SI CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS Y ESTOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS SOLICITADAS.**

2. FORMATOS Y ANEXOS: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CORROBORE A QUIEN DEBEN DIRIGIRSE LOS FORMATOS Y ANEXOS, DEBIDO A QUE HAN EXISTIDO CAMBIOS RECENTEMENTE EN EL PERSONAL DEL INSTITUTO.

**RESPUESTA: VER ACLARACIÓN 1 Y 2 DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA.**

3. EN EL DOCUMENTO N° 21 PROPOSICIÓN TÉCNICA, ANEXO NO°1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, CON FUNDAMENTO A LO INDICADO EN EL ART. 33 FRACCIÓN V DE LA LAASSP DEL ESTADO DE SONORA QUE A LA LETRA DICE: "LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ACEPTAR EQUIPOS DE OTRAS MARCAS (ADEMÁS DE OLYMPUS), SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES SOLICITADOS PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y QUE NO SEA CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.

**RESPUESTA: PUEDE OFERTAR CUALQUIER MARCA DE EQUIPOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.**

**NOTA 1:** LA EMPRESA INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., REALIZA UNA NUEVA PREGUNTA RESPECTO A LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A SU PREGUNTA NO. 3, SOLICITANDO A LA CONVOCANTE RECONDIERE SU RESPUESTA Y SE SOLICITE CARTA DE APOYO UNICAMENTE PARA LA TORRE DE LAPAROSCOPIA DEL NUMERAL 1 AL NUMERAL 7, TODA VEZ QUE DICHOS ELEMENTOS SON LOS QUE REQUIEREN UN MANTENIMIENTO Y POR ENDE UN RESPALDO POR PARTE DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTE LA PETICIÓN?

**NOTA 2:** LA EMPRESA INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V., RESPECTO A LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A SU PREGUNTA NO. 19, SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONDIERE SU RESPUESTA, DE QUE DEBEMOS DE CONSIDERAR EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA LAS TORRES QUE PRESTAREMOS EN COMODATO AL INSTITUTO, LAS PINZAS COMPATIBLES CON LA UNIDAD ULTRASÓNICA ETHICON GEN 11, TODA VEZ QUE DICHOS INSUMOS NO FORMAN PARTE DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR, SINO QUE CORRESPONDE A CONSUMIBLES DE UNA CONSOLA QUE PUEDE SER UTILIZADA EN CONJUNTO CON LA TORRE DE LAPAROSCOPIA, Y SE ELIMINE DICHO REQUISITO, CONSIDERANDOLO DENTRO DE UN ANEXO AL CONTRATO DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO ¿SE ACEPTE LA PETICIÓN?

RESPECTO A LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE MANIFIESTA SE DARÁ RESPUESTA A ESTAS PREGUNTAS A TRAVES DE UN ACTA COMPLEMENTARIA AL PRESENTE DOCUMENTO, QUE SERÁ PUBLICADA EN EL SISTEMA COMPRANET SONORA, EL PRÓXIMO LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024, ESTANDO DE ACUERDO LA TOTALIDAD DE LOS PRESENTES.



Concluidas las respuestas de la Convocante a las solicitudes de aclaración por parte de los Licitantes, se les informa a los presentes que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día **19 de agosto de 2024**, a las **13:00** horas, en este mismo lugar.

Finalmente, a nombre de "EL ISSSTESON", se agradece la asistencia de todos los presentes a este acto, señalando que siendo las **16:30** horas del día en que se actuó, se da por concluida la Segunda Junta de Aclaraciones de esta Licitación, levantándose la presente acta para los efectos a que haya lugar, firmándose para constancia y de conformidad al margen y al calce por los que en el intervinieron, poniéndose a disposición del dominio público en formato digital a través del Sistema Compranet Sonora, o bien entregándose copia física a quienes así lo requirieron, en cumplimiento al APARTADO IV.- JUNTA DE ACLARACIONES de la Convocatoria de esta Licitación.

**POR "EL ISSSTESON":**

**ING. JUAN ROMERO LOYA**  
COORDINADOR DE LICITACIONES

**DR. ERNESTO DE LA MADRID DAVILA**  
JEFE DE PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS DEL CENTRO  
MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ

**DR. ABRAHAM RENDÓN GONZALEZ**  
JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA Y  
TRAUMATOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO  
CHÁVEZ

**DR. ALEJANDRO MORENO BRAVO**  
JEFATURA DE CIRUGÍA GENERAL DEL CENTRO  
MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ

**POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS:**

**C.P. JUAN GERMAN MORENO**  
AUDITOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL ADSCRITO A ISSSTESON

**POR LOS LICITANTES:**

LICITANTE	NOMBRE	FIRMA
SONOMEDICAL, S.A. DE C.V.	JOSUE LEOR VIZCARRA	
INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	ANA SOFIA ALVAREZ GAXIOLA	

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

No. LPA-926049950-012-2024

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN"

### FORMATO No. 18 PROUESTA TÉCNICA

CUADRO 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS

MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLEN.  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD  
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA  
P R E S E N T E . -

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_

PARTIDA	PROCEDIMIENTO	CANTIDAD

Código	Cantidad Solicitada	Equipo Solicitado
Código	Cantidad Solicitada	Instrumental Solicitado
Código	Cantidad Solicitada	Consumibles Solicitados

NOMBRE DEL LICITANTE <hr/>	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL <hr/>
-------------------------------	--

Nota: Formato para las partidas de la 1 a la 21 y de la 25 a la 28

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

### LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

No. LPA-926049950-012-2024

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN"

#### FORMATO No. 18 PROPUESTA TÉCNICA

CUADRO 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS

MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLEN.

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD  
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

P R E S E N T E . -

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_

PARTIDA	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD

Referencia	Cantidad Solicitada	Equipo Solicitado
Referencia	Cantidad Solicitada	Instrumental Solicitado
		ACCESO TRANSESFENOIDAL
		ACCESO NASAL Y TRANSESFENOIDAL
		ACceso AL AREA SELAR
		SISTEMA DE NEUROENDOSCOPIA RIGIDA
		ABORDAJE VENTRICULAR
Referencia	Cantidad Solicitada	Consumibles Solicitados

NOMBRE DEL LICITANTE <hr/>	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL <hr/>
-------------------------------	--

Nota: Formato para la partida No. 24.

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

No. LPA-926049950-012-2024

### "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN"

#### FORMATO No. 18 PROPUESTA TÉCNICA

#### CUADRO 1.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES SOLICITADOS

MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLEN.  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD  
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA  
P R E S E N T E . -

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_

PARTIDA	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD

Referencia	Cantidad Solicitada	Equipo Solicitado

  

Referencia	Cantidad Solicitada	Instrumental Solicitado

NOMBRE DEL LICITANTE _____	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____
-------------------------------	--

Nota: Formato para las partidas No. 22 y No. 23.

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

No. LPA-926049950-012-2024

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN"

FORMATO No. 18  
PROPUESTA TÉCNICA

CUADRO 2.- CONSUMIBLES ADICIONALES

MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLEN.

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD  
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

P R E S E N T E . -

PARTIDA	CÓDIGO	CONSUMIBLE	MARCA	MODELO	CANTIDAD

NOMBRE DEL LICITANTE <hr/>	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL <hr/>
-------------------------------	--

**Nota:** Formato para el Cuadro No. 2 Consumibles Adicionales del 29 al 84.

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

No. LPA-926049950-012-2024

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN"

FORMATO No. 18  
PROPUESTA TÉCNICA

CUADRO 3.- EQUIPOS A INSTALAR EN LAS UNIDADES

MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLEN.

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD  
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA  
P R E S E N T E . -

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELO: \_\_\_\_\_

EQUIPO EN COMODATO:	
NOMBRE GENÉRICO:	
ESPECIALIDAD(ES):	
SERVICIO(S):	
CANTIDAD DE EQUIPOS:	
DEFINICIÓN:	
I.TORRE PARA CIRUGÍA	

NOMBRE DEL LICITANTE <hr/>	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL <hr/>
-------------------------------	--