

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LPA-926049950-013-2024, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA "EL ISSSTESON", CON FECHA 22 DE JULIO DE 2024, PARA EL **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENDOPRÓTESIS, COLUMNAS, OSTEOSÍNTESIS Y EQUIPOS PARA CIRUGÍA"**.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día **07 de agosto de 2024**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General, ubicada en el segundo piso del Edificio de Oficinas Generales de "EL ISSSTESON", sito en: Blvd. Hidalgo No. 15, colonia Centenario, C.P. 83260, en esta Ciudad, las personas cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento.

Presidió el acto el **Ing. Juan Romero Loya**, Coordinador de Licitaciones en representación del **Ing. Branly García Gómez**, Encargado de Despacho de la Subdirección de Servicios Administrativos de "EL ISSSTESON", según consta en oficio No. **SSA/2311/2024**, quien de conformidad a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora y en los artículos 44 y 45 de su Reglamento, dio inicio informando a los presentes que el motivo de la reunión es dar a conocer las aclaraciones por parte de la Convocante y las respuestas a las dudas y aclaraciones que se recibieron por parte de los licitantes de manera electrónica a través de Compranet Sonora, con relación al Resumen de Convocatoria, la Convocatoria, sus Anexos y Formatos de la Licitación Pública que nos ocupa.

I.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

ACLARACIÓN 1.- EN EL APARTADO VI.- REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN, DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS DOCUMENTOS ENUMERADOS DEL **21.1 AL 21.14**, DEBERÁN ENUMERARSE COMO **22.1 AL 22.14**.

ACLARACIÓN 2.- SE ADJUNTA A ESTA ACTA NUEVO "FORMATO NO. 1- VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS", CON NUMERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CORREGIDA. ESTE NUEVO FORMATO DEJA SIN EFECTOS EL ORIGINALMENTE PUBLICADO, DEBIENDO LOS LICITANTES UTILIZARLO EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

ACLARACIÓN 3.- LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES DEBERÁ DIRIGIRSE A NOMBRE DE **ING. BRANLY GARCÍA GÓMEZ**, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE "EL ISSSTESON".

ACLARACIÓN 4.- EN EL "ANEXO No. 2.- MODELO DE CONTRATO" DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DONDE SE MENCIONA EL NOMBRE DE **MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN**, DEBE DECIR **ING. BRANLY GARCÍA GÓMEZ**, Y DE IGUAL FORMA, DONDE SE MENCIONA EL NOMBRE DE **DR. FRANCISCO OCTAVIO DURAZO ARVIZU**, DEBE DECIR **DRA. ADALUZ VILLEGAS MARTÍNEZ**.

II.- SOLICITUD DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE:

II.1.- Por parte de la persona moral: **INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.**, se tuvieron las siguientes **61 solicitudes de aclaración**:

No.	Numeral	Pregunta
1	APARTADO V. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	Dice: Las PROPOSICIONES presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los LICITANTES o sus apoderados; empleando medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio

		<p>Pregunta: Se solicita a la convocante nos confirme si es correcto entender, que al ser una licitación electrónica, bastará con que los documentos cuenten con firma digital del representante legal sin ser necesario, imprimir, firmar y escanear toda vez que se dará valor probatorio a través de la firma electrónica al momento de enviar la proposición a través del sistema Compranet. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
2	<p>APARTADO V. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES</p>	<p>En caso de ser negativa su respuesta a nuestra pregunta anterior, se solicita a la convocante nos confirme si solo será necesaria la firma autógrafa del representante legal, es los escritos bajo protesta de decir verdad, así como en las declarativas solicitadas en las bases de la presente licitación, sin ser necesaria la firma autógrafa en los documentos como Registros Sanitarios, Catálogos, Certificados, declaraciones fiscales así como aquellos emitidos por entidades gubernamentales con el objetivo de no alterar dichos documentos y eliminar la impresión innecesaria de documentos por ser una licitación electrónica. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: APEGARSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 1.</p>
3	<p>APARTADO VI. REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN DOCUMENTO No. 5 NORMAS, ESPECIALIZACIONES O SISTEMAS SOLICITADOS</p>	<p>Dice: Presentar original o copia certificada y copia simple del Registro Sanitario emitido por la COFEPRIS de los bienes que componen cada partida descrita en los anexos técnicos de la presente convocatoria, así como los equipos que se solicitan en los mismos.</p> <p>Pregunta: Se solicita a la convocante nos confirme ¿Es correcto entender que al ser licitación electrónica, bastará con presentar escaneado a través del sistema Compranet el Registro Sanitario emitido por la COFEPRIS de los bienes que componen cada partida descrita en los anexos técnicos de la presente convocatoria, así como los equipos que se solicitan en los mismos?</p> <p>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
4	<p>APARTADO VI. REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN DOCUMENTO No. 18 CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS</p>	<p>Dice: Pagos Provisionales Mensuales del Ejercicio Fiscal 2024.</p> <p>Se solicita a la convocante nos confirme ¿Hasta qué mes se deberán presentar los Pagos Provisionales Mensuales del Ejercicio Fiscal 2024?</p> <p>RESPUESTA: DEBERÁN PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES MENSUALES DE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.</p>
5	<p>APARTADO VI. REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN DOCUMENTO No. 22 PROPOSICIÓN TÉCNICA</p>	<p>Dice: 21.5 Deberá presentar original o copia certificada y copia simple por anverso y reverso, del Registro Sanitario vigente, expedido por la COFEPRIS y los Certificados de Calidad, avalados por autoridades sanitarias y/o organismos de control de su país de origen como FDA, de los bienes y equipos que componen cada partida descritas en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas Mínimas</p> <p>Pregunta: Se solicita a la convocante nos confirme que los documentos solicitados en este numeral, se refiere exclusivamente a los insumos mencionados en el Anexo 1 y los equipos Separador Hoffman pequeño punta corta estrecho, Separador Hoffman, Perforador, Carcasa para perforador, Batería Recargable, Equipo de Apoyo necesario para cada procedimiento mencionados en el Anexo 1b, sin ser necesario presentar dichos documentos</p>

		para el instrumental de apoyo solicitado en este mismo anexo. ¿Es correcta nuestra apreciación?
		RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR CABALMENTE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL DOCUMENTO 22.5.
6	FORMATO 1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	Se solicita a la convocante nos confirme que se deberá considerar como error involuntario la numeración de los documentos en el presente formato, toda vez que se omite numerar la identificación misma que de acuerdo a las presentes bases se identifica como Documento 1, por lo tanto se deberán recorrer los números sin que este movimiento afecte la solvencia de nuestra propuesta. ¿Es correcta nuestra apreciación?
		RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA ACLARACIÓN 2 DE LA CONVOCANTE.
7	APARTADO VI. REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN DOCUMENTO NO. 22 PROPOSICIÓN TÉCNICA	Se solicita a la convocante nos confirme que se deberá considerar como error involuntario la numeración de los documentos solicitados en este numeral, toda vez que el requerimiento es el Documento No. 22 y los subnumerales del mismo se numeran del 21.1 al 21.14, por lo tanto se deberá numerar correctamente al momento de integrar nuestra propuesta. ¿Es correcta nuestra apreciación?
		RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO DEBERÁ APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA ACLARACIÓN 1 DE LA CONVOCANTE.
8	ANEXO 1B	Dice: Para llevar a cabo la recepción de los equipos, incluyendo el Hardware del sistema de información, el titular de la unidad médica y el jefe correspondiente deberán requisitar la recepción de equipos. Se solicita a la convocante nos confirme si al mencionar Hardware del Sistema de Información, se refiere a algún sistema propio del mismo Instituto. ¿Es correcta nuestra apreciación?
		RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES UN SISTEMA PROPIO DEL LICITANTE.
9	ANEXO 1B	En relación a nuestra pregunta anterior. Se solicita a la convocante nos confirme si es correcto entender que se deberá hacer caso omiso al mencionado Hardware del sistema de Información, por lo tanto no se considera un requerimiento para la presente licitación misma que en su objetivo es el SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENDOPRÓTESIS, COLUMNAS, OSTEOSÍNTESIS Y EQUIPOS PARA CIRUGÍA y no de control de información. ¿Es correcta nuestra apreciación?
		RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
10	ANEXO 1B	Se solicita a la convocante nos autorice ofertar para El personal que este asignado a cada unidad médica, carreras afines a las solicitadas tal como Técnico Radiólogo, Enfermería General, mismos que deberán contar con la capacitación necesaria para atender el servicio objeto de la presente licitación. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 1B, EL CUAL A LA LETRA DICE: EL PERSONAL QUE ESTE ASIGNADO A CADA UNIDAD MÉDICA, DEBERÁ CONTAR CON EL TÍTULO O DIPLOMA TÉCNICO AFÍN DEL SERVICIO SOLICITADO INGENIERO

		BIOMÉDICO Ó ENFERMERO QUIRÚRGICO, CON CURSOS BÁSICOS DE MANEJO DE EQUIPO DE ORTOPEDIA Y CONOZCAN DEL MATERIAL.
11	Anexo 1 Partida 1 Clave 1899	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa premoldeada anatómica para diáfisis y región lateral de clavícula, bloqueada, de 3.5mm, de 3 a 8 orificios. Titánio sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
12	Anexo 1 Partida 3 Clave 1902	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, canulado, con bloqueo proximal y distal, con o sin orificio de compresión y con regleta distal, diámetro de 6.5mm a 8.0 mm, longitud de 200.0 mm a 300.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. SE SOLICITA QUE SEA DE ACERO INOXIDABLE sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: NO SE AUTORIZA SU PETICIÓN.</p>
13	Anexo 1 Partida 3 Clave 1746	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo canalado, para húmero. Longitud de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
14	Anexo 1 Partida 4 Clave 359	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Acero inoxidable sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
15	Anexo 1 Partida 4 Clave 1097	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo de bloqueo de 3.5mm. Longitud de 10mm a 70 mm, incluye medidas intermedias. Acero inoxidable sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
16	Anexo 1 Partida 5 Clave 1906	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Clavo tipo Schanz de 2.8 a 5.0 mm de diámetro y 10 mm de rosca, acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
17	Anexo 1 Partida 6 Clave 1872	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa bloqueada, anatómica, para húmero medial. De 3 a 14 orificios, Titánio, comprende medidas intermedias entre las especificadas. Pieza sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>

18	Anexo 1 Partida 6 Clave 815	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa bloqueada, anatómica, para húmero lateral. De 3 a 13 orificios, Titánio, comprende medidas intermedias entre las especificadas. Pieza sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
19	Anexo 1 Partida 7 Clave 1791	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
20	Anexo 1 Partida 7 Clave 1150	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo de bloqueo de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Piezas sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
21	Anexo 1 Partida 9 Clave	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Sistema completo de placa anatómica de radio distal volar bloqueada de 2.4mm y 2.7mm, de titanio, bajo perfil, ángulo variable, lado derecho e izquierdo, con orificio de compresión dinamito, de 2 a 5 orificios. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
22	Anexo 1 Partida 9 Clave	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa de fragmento específico de radio distal de titanio 2.4mm, 2.5mm, de 4 a 6 orificios, bajo contacto, para estilos de radio y estilos de cúbito así como radio distal. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
23	Anexo 1 Partida 10 Clave 1759	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa de bajo contacto de compresión bloqueada, de titanio puro, 2.4 mm para radio distal volar, izquierda y derecha, extra larga. Cuerpo de 9, 13 Y 17 agujeros. Cabeza de 3 agujeros. Pieza sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
24	Anexo 1 Partida 10 Clave 1909	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.4 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>

25	Anexo 1 Partida 10 Clave 1910	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo de cortical con cabeza entrada en estrella de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Piezas sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
26	Anexo 1 Partida 11 Clave 1912	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 y 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Titanio o aleación de titanio sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
27	Anexo 1 Partida 11 Clave 1800	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Titanio sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
28	Anexo 1 Partida 11 Clave 1817	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Titanio sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
29	Anexo 1 Partida 11 Clave	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Sistema completo de Placas en L, en T, rectas de 1.5, perfil de 1,0, de 4 a 10 orificios para mano y para pie. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
30	Anexo 1 Partida 11 Clave	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Sistema completo de Placas en T, rectas de 1.5 de 4 a 10 orificios para mano y para pie. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
31	Anexo 1 Partida 11 Clave	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo y/o perno de 1.5 mm a 2.4mm de diámetro, longitud de 6mm a 30mm, de titanio. Incluye medidas intermedias. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
32	Anexo 1 Partida 12 Clave 1813	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 4.0 mm, 6.5 mm y 7.0mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas incluyendo guía punta roscada en</p>

		todas sus medidas. Acero inoxidable sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
33	Anexo 1 Partida 13 Clave 1778	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placas para tornillo dinámico de cadera a 135° barril corto y largo, número de orificios: de 4 a 10. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Acero inoxidable sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
34	Anexo 1 Partida 13 Clave 1815	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 40.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Acero inoxidable sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
35	Anexo 1 Partida 13 Clave 1819	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Acero inoxidable sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
36	Anexo 1 Partida 14 Clave 1984	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos bloqueados canulados de 7.3 mm medidas de 50 a 115 mm de largo sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
37	Anexo 1 Partida 14 Clave 1985	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos bloqueados de 4,9 mm de acero inoxidable medidas de 15 a 75mm de largo sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
38	Anexo 1 Partida 15 Clave 1703	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérvicodiafisiario de 132 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
39	Anexo 1 Partida 16 Clave 1703	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérvico diafisiario de 132 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye

		medidas intermedias entre las especificadas. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
40	Anexo 1 Partida 17 Clave 1705	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérvico diafisiario de 132 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
41	Anexo 1 Partida 20 Clave 1684	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios hacia cuello femoral e intertrocánterico. Diámetro de 9.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
42	Anexo 1 Partida 21 Clave 1136	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa LCP de 4.5/5mm para diáfisis de Femur, de 6 a 16 orificios, acero inoxidable. Bloqueada. Se solicita que sea de acero inoxidable sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
43	Anexo 1 Partida 21 Clave 1819	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 80.0 mm. acero inoxidable. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
44	Anexo 1 Partida 21 Clave 1916	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo bloqueado de 4.5mm de diámetro, longitud de 18 a 94mm, acero inoxidable. Incluye medidas intermedias entre las especificadas sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.
45	Anexo 1 Partida 22 Clave 1711	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Barra de fibra de carbono tubular de 4 mm y 11mm, radiolúcido, para fijación externa de fémur. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?
		RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.

46	Anexo 1 Partida 26 Clave 1091	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa LCP de 3.5mm de diámetro para tibia proximal, lateral, medial, derecha o izquierda de 4 a 14 orificios. Bloqueada premoldeada, de titanio sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
47	Anexo 1 Partida 26 Clave 294	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo de cortical de 3.5mm de diámetro autorroscante, longitud de 14 a 60mm, titanio. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
48	Anexo 1 Partida 27 Clave 1685	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Clavo intramedular para tibia. Canulado bloqueado, en aleación de titanio, con guía externa de localización de los orificios. Diámetro de 8.0 mm a 10.0 mm, longitud de 240.0 mm a 380.0 mm. con guía externa de localización de orificios proximales y distales. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
49	Anexo 1 Partida 28 Clave 978	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Barra de fibra de carbono tubular de 4 mm y 11mm, radiolúcido, para fijación externa de fémur. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
50	Anexo 1 Partida 28 Clave 1906	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Clavo tipo Schanz de 2,8 mm de diámetro y 10 mm de rosca, acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
51	Anexo 1 Partida 33 Clave 1686	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, acero inoxidable. Diámetro de 3.6 mm a 4,8 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</p>
52	Anexo 1 Partida 38 Clave 978	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Barras de fibra de carbón de 8 mm lisas de diámetro externo, pediátrico, para humero, tibia, fémur, pelvis, radiotransparente Longitud de 120.0 mm a 400 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p>


		<u>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</u>
53	Anexo 1 Partida 39 Clave 1764	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa de Reconstrucción Autobloqueante de 6 a 12 orificios. Acero inoxidable sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p><u>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</u></p>
54	Anexo 1 Partida 105 Clave 2205	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo transpedicularmonoaxial rotativo de 5.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 35.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p><u>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</u></p>
55	Anexo 1 Partida 106 Clave 1808	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillo transpedicularmonoaxial, de 5,5 mm Y 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 35.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p><u>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</u></p>
56	Anexo 1 Partida 111 Clave 933	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placa LCP para clavícula con gancho de 3.5mm, tipo Hook, de 3 a 6 orificios, profundidad de gancho de 12 a 18mm. Acero inoxidable, sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p><u>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</u></p>
57	Anexo 1 Partida 119 Clave 2030	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Placas de reconstrucción de 25 orificios sistema 2.5 sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p><u>RESPUESTA: NO SE AUTORIZA SU PETICIÓN.</u></p>
58	Anexo 1 Partida 120 Clave 2031	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Tornillos de 15 mm para placas de reconstrucción sistema de 2.5, titanio sin que esto afecte el desarrollo de la cirugía, ni afecte la integridad del paciente. ¿Se autoriza nuestra petición?</p> <p><u>RESPUESTA: SE AUTORIZA SU PETICIÓN SIN SER ESTA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES.</u></p>
59	APARTADO VI. REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN	<p>Dice: Los LICITANTES presentarán su PROPUESTA en el sistema COMPRANET SONORA: https://compranetv2.sonora.gob.mx con los documentos que integrarán la PROPOSICIÓN firmados de manera autógrafo y con firma electrónica, los cuales consisten en los siguientes documentos:</p> <p>Se solicita a la convocante nos informe en relación al Sistema Compranet Sonora, ¿Cuál se deberá considerar el peso máximo de los documentos que se cargarán en dicho sistema?</p>

		<p>RESPUESTA: EL TAMAÑO MÁXIMO DE LOS ARCHIVOS QUE ACTUALMENTE EL SISTEMA COMPRANET SONORA ACEPTA, ES DE 25 MEGAS.</p>
60	<p>APARTADO VI. REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN</p>	<p>Dice: Los LICITANTES presentarán su PROPUESTA en el sistema COMPRANET SONORA: https://compranetv2.sonora.gob.mx con los documentos que integrarán la PROPOSICIÓN firmados de manera autógrafa y con firma electrónica, los cuales consisten en los siguientes documentos:</p> <p>Se solicita a la convocante nos informe en relación al Sistema Compranet Sonora, ¿Cuantos documentos permite el sistema Compranet Sonora cargar por propuesta?</p>
61	<p>APARTADO VI. REQUISITOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN</p>	<p>RESPUESTA: EL SISTEMA COMPRANET SONORA NO LIMITA LA CANTIDAD DE ARCHIVOS QUE LOS LIICITANTES PUEDEN SUBIR POR PROPUESTA, SIN EMBARGO, ESTOS ARCHIVOS DEBEN CARGARSE COMPRESOS EN FORMATO “ZIP”, Y SU TAMAÑO MÁXIMO NO DEBE EXCEDER DE 25 MEGAS.</p> <p>Dice: Los LICITANTES presentarán su PROPUESTA en el sistema COMPRANET SONORA: https://compranetv2.sonora.gob.mx con los documentos que integrarán la PROPOSICIÓN firmados de manera autógrafa y con firma electrónica, los cuales consisten en los siguientes documentos:</p> <p>Se solicita a la convocante nos informe en relación al Sistema Compranet Sonora, ¿Se permite cargar archivos comprimidos en? zip?</p> <p>RESPUESTA: SU APRECIACIÓN ES CORRECTA, SIN EMBARGO LOS ARCHIVOS QUE SERÁN CARGADOS AL SISTEMA COMPRANET SONORA NO DEBERÁN EXCEDER DE 25 MEGAS.</p>


Concluidas las respuestas de la Convocante a las solicitudes de aclaración por parte del Licitante, se recuerda a los presentes que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el **día 15 de agosto de 2024**, a las **10:00 horas**, en este mismo lugar.

Finalmente, a nombre de "EL ISSSTESON", se agradece la asistencia de todos los presentes a este acto, señalando que siendo las 12:55 horas del día en que se actuó, se da por concluida la Junta de Aclaraciones de esta Licitación, levantándose la presente acta para los efectos a que haya lugar, firmándose para constancia y de conformidad al margen y al calce por los que en ella intervieron, poniéndose a disposición del dominio público en formato digital a través del Sistema Compranet Sonora, o bien entregándose copia física a quienes así lo requirieron, en cumplimiento al APARTADO III.- JUNTA DE ACLARACIONES de la Convocatoria de esta Licitación.


POR "EL ISSSTESON":



ING. JUAN ROMERO LOYA
COORDINADOR DE LICITACIONES



DR. ERNESTO DE LA MADRID DAVILA
JEFE DE PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS
DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHAVEZ




DR. ABRAHAM RENDON GONZALEZ
JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHAVEZ

POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS:



LIC. BLANCA LOURDES SERRANO CUAMEA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ADSCRITO A ISSSTESON



C.P. JUAN GERMAN MORENO
AUDITOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ADSCRITO A ISSSTESON

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRONICA No. LPA-926049950-013-2024
 "SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENDOPRÓTESIS, COLUMNAS, OSTEOSÍNTESIS Y EQUIPOS PARA CIRUGÍA"

FORMATO 1

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA EN EL
 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: _____ FECHA: ____ DE ____ DE 2024

DOCUMENTO	RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	IDENTIFICACIÓN Y CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS				
2	COMPROBANTE DE PAGO DE INSCRIPCIÓN.				
3	ESCRITO DE CONTAR CON FACULTADES SUFICIENTES PARA PARTICIPAR				
4	ESCRITO PARA RECIBIR EL MARGEN DE PREFERENCIA PARA EL BIEN NACIONAL OFERTADO A QUE SE REFIERE EN ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA MATERIA				
5	NORMAS, ESPECIALIZACIONES O SISTEMAS SOLICITADOS				
6	ARTÍCULO 56 Y 70 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY				
7	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD				
8	MIPYMES				
9	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA				
10	CONSTANCIAS DE OPINIÓN ANTE LA AUTORIDAD FISCAL				
11	CONDUCTA Y ACTITUD DEL LICITANTE VINCULADO A LA CONTRATACIÓN				
12	NO ENCONTRARSE IMPEDIDO POR DISPOSICIÓN LEGAL O INHABILITADO POR ALGUNA AUTORIDAD				
13	NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL TÍTULO TERCERO CAPÍTULO III DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL ESTADO DE SONORA				
14	<ul style="list-style-type: none"> • ESCRITO DE NO DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO • O BIEN DE NO ACTUALIZARSE CONFLICTO DE INTERÉS 				
15	DE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL (Requisito opcional)				
16	MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL				
17	ESCRITO DE MANIFESTACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.				
18	CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS				
19	PLAN DE TRABAJO Y ESQUEMA ESTRUCTURAL				
20	PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO				
21	CAPACIDAD DE RECURSOS TÉCNICOS				
22	PROPOSICIÓN TÉCNICA				
23	PROPOSICIÓN ECONÓMICA				

- Debidamente llenado haciendo las anotaciones (sí presenta, no presenta o no aplica) en su presentación. (Requisito opcional)